FINNISH

KÄYTTÖOHJEET
QUANTUM® PSI -OHJAIMET
NILKKANIVELEN
KOKONAISPROTEESIKSI
LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET
ORTOPEDISEEN KIRURGIAAN
KERTAKÄYTTÖINEN

Tämän tuotetta saavat käsitellä vain HYVIN KOULUTETUT ja PÄTEVÄT HENKILÖT, JOTKA TUNTEVAT nämä KÄYTTÖOHJEET.

1. Lääkinnällisen laitteen kuvaus

Tämän KÄYTTÖOHJEEN kattamat kirurgiset instrumentit ovat ei-steerilejä instrumentteja.

Nämä kirurgiset instrumentit on suunniteltu vaihtaa vaihteleva nopeudella potilaan tilasta riippuen. Lääkärin tehtävänä on määrittää, onko potilaan tila tai anatomia muuttunut niin paljon, että se vaatii laitteen uudelleensuunnittelua. On oltava erittäin varovainen, ettet pudota tai saastuta laitetta leikkauksen aikana. Kaikki käyttämättömät laitteet on tuhottava sen tapauksen päätyttyä, jota varten laitteet on suunniteltu.

2. Käyttöaiheet

In2Bones potilaskohtaiset välineet: In2Bones QUANTUM® Potilaskohtaiset välineohjaimet nilkkanivelen kokonaisproteeksi on tarkoitettu ortopedieksi instrumenttijärjestelmäksi, joka auttaa In2Bones QUANTUM®-nilkkanivelen kokonaisproteesin implantaatiossa instrumentien sijoittelua.

In2Bones QUANTUM® potilaskohtaiset välineohjaimet ovat yhteensopivia QUANTUM®-sääriluun alustan, QUANTUM®-sääriluun insertin sekä tavallisten ja Flat-Cut QUANTUM®-talar-implanttien kanssa.

Potilaskohtaiset välineohjaimet on tarkoitettu vain kertakäyttöisiksi. Potilaskohtaiset välineohjaimet valmistetaan kirurgin nilkkanivelen kokoproteesi (TAR) -suunnitteluohjelmistolla vahvistaman leikkausta edeltävän suunnitelman mukaisesti, ja ne auttavat paikantamaan QUANTUM®-instrumentit, jolla poistetaan vaiheittain luun leikkaukset suoritetaan. In2Bones QUANTUM® potilaskohtaiset välineohjaimet on tarkoitettu potilaspopulaatiolle, joka täyttää QUANTUM®-nilkkanivelen kokonaisproteesin indikaatiot ja joille on saatavilla röntgenkuvat ja CT-skannaus ja jotka ovat In2Bonesin kuvantamisprotokollan mukaisia.

TAR-suunnitteluohjelmisto: TAR-suunnitteluohjelmisto on leikkausta edeltävä suunnitteluohjelmisto, joka on tarkoitettu käytettäväksi In2Bones QUANTUM® potilaskohtaisten välineohjaimien ja QUANTUM®-instrumentoinnin kokoproteesin kanssa. TAR-suunnitteluohjelmistoa avulla kirurgi voi käyttää kehittyneitä näyttöjä paikannustyökaluja ohjaamaan luun merkintää ennen leikkaamista ja esikatsella nilkkanivelen kokoproteesin komponenttieja leikkauksen aikana edellyttäen, että implantin suunnitelmassa ja sijoittamisen tarvittavat anatomiset merkit ovat tunnistettavissa potilaan röntgenkuvista ja kuvantamiskannauksista. Röntgenkuvat ja CT-skannaus ovat potilaan henkilötietojen hyväksyttyjä kuvantamismenetelmiä.

3. Vasta-aiheet

QUANTUM® potilaskohtaisia välineohjaimia ei tule käyttää, jos jokin seuraavista tapauksista:

- Potilaalla on aktiivinen infektio
- Potilaan anatomiassa on tapahtunut merkittävä muutoksia sen jälkeen, kun tuotteen määrittelyssä käytetty lääketieteellinen skannaus on tehty
- Potilaalla on yksi QUANTUM®-nilkkanivelen kokoproteesin implantoinnin vasta-aiheista (katso QUANTUM® TAR -steriilin implantin käyttöohjeet)

4. Varoitukset ja varotoimet

Vahvista ennen leikkausta QUANTUM® potilaskohtaisten välineohjainten ja luiden IDCasen, potilaistietojen ja QUANTUM®-nilkkanivelen kokoproteesin implanttien välineen johdonmukaisuus.

Uudelleenkäytettävä QUANTUM®-instrumenttialusta on pakollinen QUANTUM® potilaskohtaisen välinejärjestelmän kirurgisessa toimenpiteessä, ja sen on oltava saatavilla leikkaushetken aikana.

QUANTUM® potilaskohtaisten välineohjainten ja luiden laatu ja tarkkuus riippuvat potilaan CT-skannaustietojen laadusta. Metalliisten implanttien sijoittaminen nilkka-alueelle voi heikentää potilaan luun rekonstruktion laatua kuvantamisvirheiden vuoksi.

Laitetta ei saa käyttää, jos:

- Potilaalla on tällä hetkellä tai hänellä on ollut herkkyyttä/allergiaa laitteen muodostaville polymeereille
- Tämän potilaskohtaisen instrumentoinnin valmistukseen ei pystytty saamaan hyödynnettävissä olevia CT-skannauksia

5. Komplikaatiot

Katso QUANTUM®-implanttiohjeet.

6. Uudelleenkäsittelyn rajoitukset

Lääkärin on täsmättävä suunnitteluparipessi olevaa tapausnumeroa laitteen etiketissä olevaan tapausnumeroon. Toiminnallisen käytölän loppumisen on tarkoitettu tapahtuvan sen tapauksen päätteeksi, jota varten laite on suunniteltu. Nämä välineet luodaan potilaskohtaisten tietojen perusteella, joita voidaan muuttaa vaihtelevalla nopeudella potilaan tilasta riippuen. Lääkärin tehtävänä on määrittää, onko potilaan tila tai anatomia muuttunut niin paljon, että se vaatii laitteen uudelleensuunnittelua. On oltava erittäin varovainen, ettet pudota tai saastuta laitetta leikkauksen aikana. Kaikki käyttämättömät laitteet on tuhottava sen tapauksen päätyttyä, jota varten laitteet on suunniteltu.

7. Suositukset puhdistukseen ja sterilointiin

7.1. Suositukset steriointiin

Steriloinit on sallittua vain tuotteille, jotka myydään ei-steerileinä. Potsta toimituspakkaukset voimassa olevien määräysten mukaisesti ei-steriilien tuotteiden steriloimiseksi. Käyttäjien tulisi käyttää vain In2Bonesin® validoimia höyrysterilointiohjelmia, kuten seuraavassa osassa suositellaan (ks. käsittely ja uudelleenkäsittely).

7.2 Käsittely ja uudelleenkäsittely / Tuote myydään ei-steriilinä

Tarkista pakkauksen ja merkintöjen eheys ennen pakkauksen avaamista. Poista kaikki tuotteet pakkauksistaan ennen steriilointia. Kaikki tuotteet on puhdistettava, dekontaminoitava ja steriloitava ennen käyttöä.

Varoitus

Jotkut puhdistusliuokset, kuten ne, jotka sisältävät valkaisuainetta, formaldehydiä tai natriumhydroksidia (NaOH), voivat vahingoittaa tiettyjä komponenttimateriaaleja, joita käytetään.

• Manuaalinen puhdistusprosessi

Laitteen valmistelu:

Poista instrumentteihin jäänyt lika välittömästi käytön jälkeen. Laitteissa, joissa on onteloita, on pakollista kastella kaikki kanavat niiden puhdistamiseksi heti käytön jälkeen.

Älä käytä kiinnitysmateriaaleja, jotka aiheuttaisivat jäämien kiinnittymistä ja vaikuttaisivat puhdistuksen lopputulokseen. Jotta lika ei pääse kuivumaan, liota instrumentit desinfiointiliuoksessa heti käytön päättyttyä.

Säilytä ja kuljeta instrumentit ja implantit turvallisesti erityisissä suljetuissa säiliöissä kasittelypaikkaan vaurioiden ja sympäristön saastumisen välttämiseksi.

Pura laite jos se on tarpeellista/aiheen.

Esipuhdistus:

Laita laite säiliöön.

Valmistele liotusneste ympäristön lämpötilassa vesijohtovedestä ja emäksisestä pesuaineesta (ph<11) ja upota laite säiliöön ja anna vaikuttaa 15 minuutita.

Upota säiliö vesijohtoveteen 2 minuutiksi.

Puhdistus/desinfiointi ultraäänisäiliössä:

Ota laite säiliöstä.

Valmistele esidesinfiointisäiliössä liotusneste ympäristön lämpötilassa puhdistetussa vedestä ja emäksisestä pesuaineesta (ph<11), sitten siirrä ja upota laite. Suorita ultraääniitoimenpiteitä 15 minuutin ajan.

Uputuksen jälkeen hankaa kaikki pinnat perhmäisillä harjalla kiinnittäen erityistä huomiota kierteisiin, kanyloituihin oiin, liitoksiin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Lisää ruiskulla dekontaminoinitiliuosta kanyloituihin oisin.

Pesun jälkeen huuhtele laite välittömästi ja huolellisesti käänteisosmosovedellä 2 minuutin ajan.

Tarkista jokainen instrumentti ja toista puhdistus, kunnes kaikki jäljellä olevat jäämät on poistettu.

Tyhjennä ja kuivaa laite kertakäyttöisillä pyyhkeillä. Käytä kanyloiduissa oissa lääketieteellistä puhallinta.

Suositeltu puhdistusaine:

Alkalista pesuainetta NEODISHER MEDICLEAN FORTE 0,5–2 % (valmistaja: DR. WEIGERT) käytettiin manuaalisen puhdistusprosessin validoinnin aikana.

Pesuainetta tulee käyttää valmistajan suositusten mukaisesti.

• Automaattinen puhdistusprosessi

Laitteen valmistelu:

Poista instrumentteihin jäänyt lika välittömästi käytön jälkeen. Laitteissa, joissa on onteloita, on pakollista kastella kaikki kanavat niiden puhdistamiseksi heti käytön jälkeen.

Älä käytä kiinnitysmateriaaleja, jotka aiheuttaisivat jäämien kiinnittymistä ja vaikuttaisivat puhdistuksen lopputulokseen. Jotta lika ei pääse kuivumaan, liota instrumentit desinfiointiliuoksessa heti käytön päättyttyä.

Säilytä ja kuljeta instrumentit ja implantit turvallisesti erityisissä suljetuissa säiliöissä käsittelypaikkaan vaurioiden ja sympäristön saastumisen välttämiseksi.

Pura laite jos se on tarpeellista/aiheen.

Esipuhdistus:

Laita laite säiliöön.

Valmistele liotusneste ympäristön lämpötilassa vesijohtovedestä ja emäksisestä pesuaineesta (ph<11) ja upota laite säiliöön ja anna vaikuttaa 15 minuutita.

Upota säiliö vesijohtoveteen 2 minuutiksi.

Puhdistus/desinfiointi ultraäänisäiliössä:

Ota laite säiliöstä.

Valmistele esidesinfiointisäiliössä liotusneste ympäristön lämpötilassa puhdistetussa vedestä ja emäksisestä pesuaineesta (ph<11), sitten siirrä ja upota laite. Suorita ultraääniitoimenpiteitä 15 minuutin ajan.

Uputuksen jälkeen hankaa kaikki pinnat perhmäisillä harjalla kiinnittäen erityistä huomiota kierteisiin, kanyloituihin oiin, liitoksiin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Lisää ruiskulla dekontaminoinitiliuosta kanyloituihin oisin.

Pesun jälkeen huuhtele laite välittömästi ja huolellisesti käänteisosmosovedellä 2 minuutin ajan.

Tarkista jokainen instrumentti ja toista puhdistus, kunnes kaikki jäljellä olevat jäämät on poistettu.

Tyhjennä ja kuivaa laite kertakäyttöisillä pyyhkeillä. Käytä kanyloiduissa oissa lääketieteellistä puhallinta.

Suositeltu puhdistusaine:

Alkalista pesuainetta NEODISHER MEDICLEAN FORTE 0,5–2 % (valmistaja: DR. WEIGERT) käytettiin manuaalisen puhdistusprosessin validoinnin aikana.

Pesuainetta tulee käyttää valmistajan suositusten mukaisesti.

• Automaattinen puhdistusprosessi

Laitteen valmistelu:

Poista instrumentteihin jäänyt lika välittömästi käytön jälkeen. Laitteissa, joissa on onteloita, on pakollista kastella kaikki kanavat niiden puhdistamiseksi heti käytön jälkeen.

Älä käytä kiinnitysmateriaaleja, jotka aiheuttaisivat jäämien kiinnittymistä ja vaikuttaisivat puhdistuksen lopputulokseen. Jotta lika ei pääse kuivumaan, liota instrumentit desinfiointiliuoksessa heti käytön päättyttyä.

Säilytä ja kuljeta instrumentit ja implantit turvallisesti erityisissä suljetuissa säiliöissä käsittelypaikkaan vaurioiden ja sympäristön saastumisen välttämiseksi.

Pura laite jos se on tarpeellista/aiheen.

Esipuhdistus:

Laita laite säiliöön.

Valmistele liotusneste ympäristön lämpötilassa vesijohtovedestä ja emäksisestä pesuaineesta (ph<11) ja upota laite säiliöön ja anna vaikuttaa 15 minuutita.

Upota säiliö vesijohtoveteen 2 minuutiksi.

Puhdistus/desinfiointi ultraäänisäiliössä:

Ota laite säiliöstä.

Valmistele esidesinfiointisäiliössä liotusneste ympäristön lämpötilassa puhdistetussa vedestä ja emäksisestä pesuaineesta (ph<11), sitten siirrä ja upota laite. Suorita ultraääniitoimenpiteitä 15 minuutin ajan.

Uputuksen jälkeen hankaa kaikki pinnat perhmäisillä harjalla kiinnittäen erityistä huomiota kierteisiin, kanyloituihin oiin, liitoksiin ja vaikeapääsyisiin kohtiin.

Lisää ruiskulla dekontaminoinitiliuosta kanyloituihin oisin.

Pesun jälkeen huuhtele laite välittömästi ja huolellisesti käänteisosmosovedellä 2 minuutin ajan.

Tarkista jokainen instrumentti ja toista puhdistus, kunnes kaikki jäljellä olevat jäämät on poistettu.

Tyhjennä ja kuivaa laite kertakäyttöisillä pyyhkeillä. Käytä kanyloiduissa oissa lääketieteellistä puhallinta.

Suositeltu puhdistusaine:

Alkalista pesuainetta NEODISHER MEDICLEAN FORTE 0,5–2 % (valmistaja: DR. WEIGERT) käytettiin manuaalisen puhdistusprosessin validoinnin aikana.

Pesuainetta tulee käyttää valmistajan suositusten mukaisesti.

• Steriloinit

Tarkastus/valvonta:

Ennen steriilointia kaikki lääkinnälliset laitteet on tarkistettava.

Silmämääräisesti voidaan havaita mahdollisia vaurioita ja arvioida kaikkien laitteiden kulumistasoa, erityisesti kosketuspinnoilta, liitoksista ja kaliboitava oikein. Myös muita steriloinitmenetelmiä ja -syklejä on mahdollista käyttää. Henkilöllä tai sairaalolta, jotka eivät käytä suositeltua menetelmää, on kehotettava kuitenkin validoimaan vaihtoehtoinen menetelmä asianmukaisilla laboratoriotekniikoilla. EtO-steriloinitiai kylmästerilointitekniikoita ei suositella.

Pakkaus ennen steriloinitia:

Yksittäisille instrumenteille voidaan käyttää tavallista polyeteeni-/Tyvek(tai vastaavaa, kuten kaksoiskäärettä) -steriloinitipussia. Varmista, että pakkaus on riittävän suuri laitteen säilyttämiseen ilman, että tiivisteet rasittuvat tai pakkaus repeää.

Huomaa: Vain sellaisia käareitä, pusseja ja steriloinitiastioita höyrysterilointiin, jotka Yhdysvaltain elintarvikeja lääkeviraston (US FDA) on hyväksynyt, tulee käyttää Yhdysvalloissa.

Steriloinitti:

Ennen käyttöä In2Bones®-komponentit on höyrysterilоitava maakohtaisten määräysten mukaisesti.

In2Bones®-instrumenttien steriloinitti on validoitu seuraavilla parametreilla:

Esityhjiöohjelma 134 °C:ssa 18 minuutin ajan*	
Menetelmä	Höyrysterilоinti OUS-ohjelma
Ohjelma	Esityhjiö
Lämpötila**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Vähintään Altistusaika**	18 minuutia
Vähintään Altistusaika (vähintään)***	20 minuttia

Esityhjiöohjelma 134 °C:ssa 4 minuutin ajan	
Menetelmä	Höyrysterilоinti
Ohjelma	Esityhjiö
Lämpötila**	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Vähintään Altistusaika**	4 minuutia
Vähintään Altistusaika (vähintään)***	20 minuttia

Esityhjiöohjelma 134 °C:ssa 3 minuutin ajan*	
Menetelmä	Höyrysterilоinti OUS-ohjelma
Ohjelma	Esityhjiö
Lämpötila**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Vähintään Altistusaika**	3 minuutia
Vähintään Altistusaika (vähintään)***	20 minuttia

* Tätä ohjelmaa ei ole tarkoitettu Yhdysvaltoihin.

** Steriloinitiaika lasketaan aunie kriteerin kylmimmällä alueella sijaitsevalle anturille

***Instrumentit ja implantit on kuivattava kokonaan ennen käyttöä.

Huomaa: Yhdysvaltain elintarvikeja lääkevirasto (US FDA) ei pidä esityhjiön 134 °C:n ja 18 minuutin sekä esityhjiön 134 °C:n 3 minuutin steriloinitiaika standardina. Käyttäjien tulee käyttää vain steriloaittoita ja tarvikkeita (kuten steriloinitikäareitä, steriloinitipusseja, kemiallisia indikaattoreita, biologisia indikaattoreita ja steriloinitisäiliöitä), jotka Yhdysvaltain FDA on hyväksynyt vaituille steriloinitiohjelman määritykselle (esityhjiö 132 °C 4 minuutin ajan).

Huomaa: Pidennetty sykli (esikaumi 134 °C 18 minuutia) ei ole validoitu prionien inaktivoitiavita varten.

Säilytys:

In2Bones®-järjestelmät eivät vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytysolosuhteiden tulee olla terveydenhuollon hyvien käytäntöjen mukaisia.

Lisätietoja:

Laitteet on aina tarkistettava ennen käyttöä.

Kaikki esineet, joissa on merkkejä heikkoudesta tai pintahalkeamia, on poistettava ja eristettävä. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaasi tai In2Bones®-yhtiöön saadaksesi korvaavat tuotteet.

Kun useita instrumentteja steriloidaan saman steriloinitioperaation aikana, on tarpeen tarkistaa, että laitteiden sallittua enimmäiskuormitusta ei ylitetä.

Nämä steriloinitiparametrit edellyttävät, että kaikki instrumentit on dekontaminoitiu asianmukaisesti ennen steriloinitia. Parametrit on validoitu tiettyjen kokoonpanojen steriloimiseksi lokeron merkintöjen mukaisesti. Jos lokeroon tai steriloinitilaitteeseen lisätään muita tuotteita, suositellut parametrit eivät enää päde ja käyttäjän on mahdollisesti vahvistettava uudet ohjelmaparametrit. Autoklaavi on asennettava, huollettava ja kalibroitava oikein. Myös muita steriloinitimenetelmiä ja -syklejä on mahdollista käyttää. Henkilöllä tai sairaalolta, jotka eivät käytä suositeltua menetelmää, on kehotettava kuitenkin validoimaan vaihtoehtoinen menetelmä asianmukaisilla laboratoriotekniikoilla. EtO-steriloinitiai kylmästerilointitekniikoita ei ei suositella.

Varoitus: In2Bones® ei voi taata steriiliytä tuotteille, jotka ostaja tai käyttäjä on puhdistanut tai (uudelleen) steriloinut.

8. Instrumentin käyttö

Vain lääketieteen ammattilaiset, jotka tuntevat perusteelliisesti instrumenttien toiminnan, sovelluksen ja käytön, saavat käyttää niitä leikkauksessa. Kirurgisia instrumentteja saa käyttää vain kirurgi, joka on pätevä suorittamaan tietyn potilaan tarvitseman ortopedisen leikkauksen. Nämä välineet on tarkoitettu vain kertakäyttöisiksi, eikä niitä saa käyttää uudelleen. Virheellinen huolto, käsittely tai huonot puhdistustoimenpiteet voivat tehdä instrumentista sopimattoman aiottuun käyttötarkoitukseensa tai jopa vaarallisen potilaalle tai kirurgiselle henkilökunnalle. Näitä instrumentteja myydään ei-steerileinä.

8.1. Toimenpidettä ennen

- Lue huolellisesti Kirurginen tekniikka.
- Vain In2Bones®:n suunnitelemia ja valmistamia instrumentteja tulisi käyttää yhdessä laitteiden kanssa.
- Valmistele kaikki kirurgiseen toimenpiteeseen tarvittavat implantit ja instrumentit. Älä yritä kirurgista toimenpidettä ei-toiminnallisella, rikkoutuneella, epäyhtäpitävällä tai vaurioituneella instrumentilla.
- Arvioi potilaskohtaisen laitteen mukautumiskykyä potilaaseen

8.2. Toimenpiteen aikana / Instrumentien tarkastaminen

- Leikkauksen tulee suorittaa kirurgi, jolla on riittävä osaaminen ortopediassa ja Kirurgisessa tekniikassa kuvattujen eri vaiheiden suhteen.
- Käyttäjän on aina tarkastettava instrumentit ennen niiden käyttöä leikkauksessa.
- Katso kirurgin käyttöohjeista tarvittavat välineet, joka liittyy tehtävään leikkauksen,
- Välineiden tarkastuksen tulee olla perusteellista, ja siinä on erityisesti otettava huomioon mahdolliset halkeamat, taipumat tai vääntymät, ja että kaikki instrumentin osat ovat täydellisiä.
- Älä koskaan käytä instrumenttia, jossa on selviä merkkejä liiallisesta kulumisesta, vaurioista, ovat keskeinäisiä tai muuten epäkunnossa.
- Instrumentit, jotka ovat heikentyneet kohtuuttomasti, tulee palauttaa valmistajalle tai hävittää asianmukaisesti.
- Laitteita tulee käsitellä varoen naarmuuntumisen välttämiseksi (alkavan murtumisen vaara).
- Laitetta ei saa missään tapauksessa muuttaa.
- Vaihtoehtoisten kiinnitysmenetelmien tulisi olla käytettävissä intraoperatiivisesti.
- Instrumentitsarjan avaaminen on tehtävä aseptisten olojen mukaisesti.

8.3. Kirurginen tekniikka / Kirurgin vastuu

In2Bones® ei harjoita lääketiedettä, eikä suosittele mitään erityistä kirurgista tekniikkaa. Kirurgin vastuulla on valita sopiva kirurginen tekniikka ja välineet jokaiselle yksittäiselle potilaalle kirurgin käytännön, kokemuksen, koulutuksen, hoidon tason ja asiaankuuluvan lääketieteellisen kirjallisuuden tuntemuksen mukaisesti. In2Bones® ei ole vastuussa yksittäiselle potilaalle sopivan kirurgisen tekniikan valinnasta. Potilaan valintaperusteet ovat kirurgin vastuulla. Kirurgin tulee keskustella potilaan kanssa ennen leikkausta mahdollisista riskeistä, varotoimista, varoituksista, seurauksista, komplikaatioista ja haittavaikutuksista, jotka liittyvät kirurgisen toimenpiteeseen ja kirurgissa toimenpiteessä istutettavaan laitteeseen. Kirurgin tulee tutustua laitteen mukana tuleviin käyttöohjeisiin. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot on otettava huomioon valintaprosessin aikana. Asianmukaisten käytölaheiden ja vasta-aiheiden tunnistaminen ja potilaalle sopivimpien kirurgisten toimenpiteiden tekniikoiden valinta ovat kirurgin vastuulla. Jokaisen kirurgin on arvioitava toimenpiteen ja toimenpiteen aikana käytettyjen instrumentien asianmukaisuus oman koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella.

8.4. Uudelleenkäyttö / uudelleensteriloinit

QUANTUM® potilaskohtaiset välineohjaimet nilkkanivelen kokoproteesin on tarkoitettu kertakäyttöisiksi, eikä niitä saa käyttää tai steriloida uudelleen

9. Säilytys

Säilytä kuivassa paikassa.

10. Tietoa tuotteista / Vastuu

In2Bones® on noudattanut kohtuullista huolellisuutta materiaalien valinnassa ja näiden tuotteiden valmistuksessa ja laaja, että tuotteissa ei ole valmistusvirheitä. In2Bones® sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki oletetut takuut myntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyn tarkoituksen. In2Bones® ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä menetyksistä, vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen käytöstä.

In2Bones® ei ota eikä valtuuta ketään ottamaan itselleen mitään muuta tai ylimääräistä vastuita näiden tuotteiden käytöstä. In2Bones® tarkoituksena on antaa tämä laite vain niiden lääkäreiden käyttöön, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ortopedisesta leikkaustekniikasta laitteen käyttöä varten.

TIETOA Jos tarvitset tietoja tuotteista tai niiden käytöstä, ota yhteyttä edustajaasi tai jälleenmyyjääsi tai suoraan valmistajaan.

Viimeisin tarkistus: 10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ QUANTUM® ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΣΙ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται από ΠΡΟΣΟΝΤΑ που διαθέτουν ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΠΡΟΣΟΝΤΑ, τα οποία έχουν ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ αυτών των ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

1. Περιγραφή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Τα χειρουργικά εργαλεία που καλύπτονται από τις παρούσες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ είναι μη στείρα εργαλεία.

Αυτά τα χειρουργικά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για μιας χρήσης.

Κατασκευάζονται βάσει ορισμένων ειδικών χαρακτηριστικών ασθενούς, για τον λόγο αυτόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιπτώσεις άλλες από αυτήν για την οποία έχουν σχεδιαστεί. Αυτά τα χειρουργικά εργαλεία παρέχονται μη στείρα και πρέπει να καθαριστούν και να αποστειρωθούν πριν από την χρήση. Μετά την χρήση, τα εργαλεία αυτά πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα. Κανένα από τα εργαλεία αυτά δεν πρέπει να επιφυτεύεται.

Οι διατάξεις αυτές δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις, εκτός αν αυτό αναφέρεται στην ετικέτα.

2. Ενδείξεις

In2Bones PSI: Οι Οδηγοί QUANTUM® Εξατομικευμένα για τον Ασθενή Εργαλεία [Patient Specific Instrumentation (PSI)] Ολικής Αντικατάστασης Αστραγάλου (TAR) της In-2Bones ενδείκνυται ως ορθοπεδικό σύστημα εργαλείων που βρίσκεται στην τοποθέτηση των στοιχείων που αφορούν την εμφύτευση της Ολικής Αντικατάστασης Αστραγάλου QUAN-TUM® της In2Bones.

Οι οδηγοί QUANTUM® PSI της In2Bones είναι συμβατοί με το κνημιαίο εξάρτημα QUANTUM®, το κνημιαίο ένθετο QUANTUM®, καθώς και με το τυπικό και το Επίπεδης Κοπής QUANTUM® εμφύτευμα αστραγάλου.

Οι Οδηγοί PSI είναι αποκλειστικά μιας χρήσης. Οι Οδηγοί PSI είναι κατασκευασμένοι βάσει προεγχειρητικού σχεδιασμού που εγκρίνεται από τον χειρουργό στο λογισμικό Προγραμματισμού TAR Planning Software και βοηθούν στην τοποθέτηση των ειδικών εργαλείων QUANTUM® με τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι διατρήσεις ή οι τομές οστών. Οι Οδηγοί QUANTUM® PSI της In-2Bones ενδείκνυται για τους: ασθενείς που πληρούν τις ενδείξεις του συστήματος Ολικής Αντικατάστασης Αστραγάλου QUANTUM® και των οποίων είναι διαθέσιμες απεικονίσεις ακτινογραφίας και αξονικής τομογραφίας που αντιπροσωπεύει το προτόκολλο απεικόνισης που παρέχεται από την In2Bones.

Λογισμικό Προγραμματισμού TAR: Το λογισμικό Προγραμματισμού TAR είναι ένα λογισμικό προεγχειρητικού προγραμματισμού χειρουργικής επέμβασης που έχει σχεδιαστεί για χρήση με τους Οδηγούς QUAN-TUM® Εξατομικευμένα για τον Ασθενή Εργαλείων (PSI) και το σύστημα Ολικής Αντικατάστασης Αστραγάλου QUANTUM® της In2Bones. Το λογισμικό Προγραμματισμού TAR επιτρέπει στον χειρουργό να εμφανίσει και να τοποθετήσει εργαλεία για να αδειάσφαλιστεί ότι ταιριάζουν με τον ασθενή που πραγματοποιήσει τις τομές και να έχει την δυνατότητα διεγχειρητικής προεπισκόπησης των στοιχείων της ολικής αντικατάστασης αστραγάλου, εφόσον τα ανατομικά ορόσημα που είναι απαραίτητα για την ευθυγράμμιση και τοποθέτηση του εμφυτεύματος είναι εντοπίσιμα στις ακτινογραφίες και τις απεικονίσεις αξονικής τομογραφίας του ασθενούς. Οι ακτινογραφίες και η αξονική τομογραφία είναι οι αποδεκτές τεχνικές απεικόνισης για τις διαδικασίες αυτές.

3. Αντενδείξεις

Οι οδηγοί QUANTUM® PSI δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ο ασθενής παρουσιάζει ενεργή λοίμωξη
- Έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στην ανατομία του ασθενούς από τότε που ελήφθη η ιατρική απεικόνιση που χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό του προϊόντος
- Ο ασθενής παρουσιάζει μια από τις αντενδείξεις στην εμφύτευση της Ολικής Αντικατάστασης Αστραγάλου QUANTUM® (ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του στείρου εμφυτεύματος QUANTUM® TAR)

4. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Πριν από την επέμβαση, επιβεβαιώνετε ότι τα Στοιχεία Ταυτοποίησης (ID Case) της ανατομικότερης των οδηγών και οστών QUANTUM® PSI, συμπτωμων με αυτά του ασθενούς και των εμφυτευμάτων Ολικής Αντικατάστασης Αστραγάλου QUANTUM®.

Ο επαναχρησιμοποιούμενος δίσκος για εργαλεία QUANTUM® είναι υποχρεωτικός στα πλαίσια της χειρουργικής διαδικασίας του Συστήματος QUANTUM® PSI και πρέπει να είναι διαθέσιμος κατά την στιγμή της επέμβασης.

Η ποιότητα και η ακρίβεια των οδηγών και οστών QUANTUM® PSI εξαρτώνται από την ποιότητα των δεδομένων αξονικής τομογραφίας του ασθενούς που λήφθηκαν. Η παρουσία μεταλλικών εμφυτευμάτων στην περιοχή του σχετικού αστραγάλου ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της απεικατάστασης των οστών, λόγω των φευδοεικόνων.

Η διάταξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν:

- Ο ασθενής παρουσιάζει ή έχει ιστορικό ευαισθησίας / αλλεργίας στα πολυμερή που συνθέτουν την διάταξη
- Δεν ήταν εφικτό να ληφθούν απεικονίσεις αξονικής τομογραφίας ικανοποιητικής ποιότητας για την κατασκευή αυτών των Εξατομικευμένων για τον ασθενή εργαλείων

5. Επιπλοκές

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις Οδηγίες Εμφυτεύματος QUANTUM®.

6. Όρια και περιορισμοί στην επανεπεξεργασία

Ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να αντιπαραβάλει τον αριθμό ασθενούς που παρέχεται στα έγγραφα συσείασμός με τον αριθμό ασθενούς που αναφέρεται στη σήμανση της διάταξης. Η λειτουργική λήγει κατά την λήξη της διαδικασίας στην οποία υποβάλλεται ο ασθενής για τον οποίο σχεδιάστηκε η διάταξη. Τα εργαλεία αυτά έχουν δημιουργηθεί βάσει των δεδομένων συγκεκριμένου ασθενούς τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν με πάροδο χρόνου, επιδεινώνοντας την εξατομικευμένη φύση του ασθενή και επομένως την ασφάλεια και την απόδοση της διάταξης.

Η ποιότητα και η ακρίβεια των οδηγών και οστών QUANTUM® PSI εξαρτώνται από την ποιότητα των δεδομένων αξονικής τομογραφίας του ασθενούς που λήφθηκαν.

Ξεκινήστε το ακόλουθο πρόγραμμα καθαρισμού:

- προκαταρκτικός καθαρισμός με αποσκληρυμένο νερό στους 35°C,
- καθαρισμός με απιονισμένο νερό στους 5 λεπτά στους 70°C,
- ενδιάμεσο ξέπλυμα με αποσκληρυμένο νερό στους 45°C.
- τελικό ξέπλυμα με αποσταγμένο νερό στους 70°C για 3 λεπτά,
- θερμική απολύμανση για 5 λεπτά στους 90°C,
- στέγνωμα για τουλάχιστον 7 λεπτά σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70°C και το πολύ 95°C.

Στο τέλος του κύκλου, απομακρύνετε τα στοιχεία από το πλυντήριο-απολυμαντή και στεγνώστε τα επιπρόσθετα με πεπιεσμένο αέρα ιατρικής ποιότητας, αν είναι απαραίτητο (περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες).

Ελέγχετε κάθε εργαλείο και επαναλάβετε τον καθαρισμό ή προχωρήστε σε καθαρισμό με υπερηχούς εάν:

- Στην εμφάνιση, τομή ή τις επιφάνειες των διατάξεων με μια απαλή βούρτσα, προσέχοντας ιδιαίτερα τα σπειρώματα, τα αυλοφόρα τμήματα, τους συνδέσμους και τις περιοχές που είναι δύσκολα προσβάσιμες.

Με μια σύριγγα, εισάγετε λίγο απολυμαντικό διάλυμα μέσα στα αυλοφόρα τμήματα τρεχούμενου φορέα.

Βυθίστε τις διατάξεις σε νερό της βρύσης για 2 λεπτά.

Καθαρισμός / απολύμανση σε αυτόματο πλυντήριο:

Τοποθετήστε τις διατάξεις μέσα στο πλυντήριο-απολυμαντή με τρόπο ώστε να είναι ακινητοποιημένες (δεν πρέπει να συγκρούονται μεταξύ τους ή να πάθουν ζημίες).

Αν οι διατάξεις είναι μέσα στον περιέκτη τους, τοποθετήστε τους περιέκτες μαζί με τις διατάξεις μέσα στο πλυντήριο-απολυμαντή με τρόπο ώστε να είναι ακινητοποιημένοι (δεν πρέπει να συγκρούονται μεταξύ τους ή να πάθουν ζημίες).

Ξεκινήστε το ακόλουθο πρόγραμμα καθαρισμού:

- προκαταρκτικός καθαρισμός με αποσκληρυμένο νερό στους 35°C,
- καθαρισμός με απιονισμένο νερό στους 5 λεπτά στους 70°C,
- ενδιάμεσο ξέπλυμα με αποσκληρυμένο νερό στους 45°C.
- τελικό ξέπλυμα με αποσταγμένο νερό στους 70°C για 3 λεπτά,
- θερμική απολύμανση για 5 λεπτά στους 90°C,
- στέγνωμα για τουλάχιστον 7

• **Procesul de curățare manuală**

Pregătirea dispozitivului:
Îndepărtați mare parte din murdăria prezentă pe instrumente imediat după utilizarea lor. În cazul instrumentelor cu cavități, este obligatorie irigarea oricăror canale pentru a le curăța imediat după utilizare.
Nu folosiți produse fixative care pot cauza întărirea reziduurilor și afecta rezultatul curățării. Pentru a împiedica legarea murdăriei la uscare, înmuiați instrumentele într-o soluție de dezinfectant imediat după finalul utilizării acestora.
Depozitați și transportați instrumentele și implanturile în siguranță în recipiente specifice închise la locul de tratament, pentru a evita deteriorarea și poluarea mediului.
Dacă este necesar/cazul, dezasamblați dispozitivul.

Curățarea prealabilă:
Introduceți dispozitivul în recipient.
Pregătiți o baie de înmuiere la temperatura camerei cu apă de la robinet și un detergent alcalin (pH < 11), scufundați dispozitivul în recipient și lăsați-l în acesta timp de 15 minute.
Scufundați recipientul în apă de la robinet timp de 2 minute.

Curățarea/dezinfectarea într-un rezervor ultrasonic:
Scoateți dispozitivul din recipient.
În rezervorul de dezinfectare prealabilă pregătiți o baie de înmuiere la temperatura camerei cu apă purificată și un detergent alcalin (pH < 11) și lăsați dispozitivul în aceasta timp de 15 minute.
Pregătiți o baie de înmuiere la temperatura camerei cu apă purificată și un detergent alcalin (pH < 11), apoi transferați și scufundați dispozitivul. Efectuați acțiuni cu ultrasunete timp de 15 minute.
După scufundare, frecați toate suprafețele cu o perie moale, acordând atenție în special filetelor, părților cu canulă, îmbinărilor și zonelor greu accesibile.
Ca ajutorul unei seringi, introduceți soluție decontaminantă în părțile cu canulă de trei ori.
Scufundați dispozitivele în apă de la robinet timp de 2 minute.
Curățarea/dezinfectarea într-o mașină de spălat automată:
Puneți dispozitivele în mașina de spălat-dezinfectat în așa fel încât să rămână nemișcate (nu trebuie să se lovească între ele sau să se deterioreze).
Dacă dispozitivele se află în recipientul lor, puneți recipientul cu dispozitivele în mașina de spălat-dezinfectat în așa fel încât să rămână nemișcate (nu trebuie să se lovească între ele sau să se deterioreze).
Porniți umătorul program de curățare:
- curățare prealabilă cu apă dedurizată la 35 °C,
- curățare cu un detergent neutru timp de 5 minute la 70 °C,
- clătire intermediară cu apă dedurizată la 45 °C,
- clătire finală cu apă distilată la 70 °C timp de 3 minute,
- dezinfectare termică timp de 5 minute la 93 °C,
- uscare timp de cel puțin 7 minute la minimum 70 °C și maximum 95 °C.

La finalul ciclului, scoateți componentele din mașina de spălat-dezinfectat și uscați-le adițional cu aer comprimat de uz medical dacă este necesar (zone greu accesibile).
Verificați fiecare instrument și repetați curățarea sau efectuați o curățare manuală, până când sunt eliminate toate eventualele reziduuri rămase.

Produsul de curățare recomandat
S-a utilizat detergentul alcalin NEODISHER MEDICLEAN FORTE la o concentrație de 0,5–2 % (producător: DR. WEIGERT) în timpul validării procesului de curățare automată.
Detergentul trebuie să fie utilizat conform recomandărilor producătorului.

• **Sterilizare**

Inspectare/control:
Înainte de pregătirea pentru sterilizare, toate dispozitivele medicale trebuie să fie verificate.
De asemenea, o verificare vizuală trebuie să permită detectarea deteriorării și evaluarea gradului de uzură a tuturor dispozitivelor, mai ales a suprafețelor de contact, a îmbinărilor, precum și a dispozitivelor cu posibilă murdărie ascunsă. Instrumentele uzate sau defecte nu trebuie să fie utilizate. Nu trebuie să fie utilizat niciun instrument cu urme de coroziune, decolorare, garnitură crăpată sau scobiturі.
Instrumentele cu deteriorări inacceptabile trebuie să fie returnate producătorului sau eliminate corespunzător.

Ambalarea înainte de sterilizare:
Pentru instrumentele individuale, poate fi utilizată o pungă de sterilizare din polietilenă/Tyvek (sau material echivalent, cum ar fi ambalajul dublu) de dimensiune corespunzătoare. Asigurați-vă că ambalajul este suficient de mare pentru a cuprinde instrumentul fără solicitarea închiderii sau ruperii ambalajului.
Observație: În SUA, trebuie să se utilizeze doar ambalaje, pungi și recipiente de sterilizare destinate sterilizării cu aburi, care au fost aprobate de United States Food and Drug Administration (US FDA, Autoritatea de supraveghere a alimentelor și medicamentelor).

Sterilizare:
Înainte de utilizare, componentele In2Bones® trebuie să fie sterilizate cu aburi, în conformitate cu reglementările specifice țării.
Sterilizarea instrumentarului In2Bones® a fost validată utilizând următorii parametri:

Ciclu cu prevacuum la 134 °C timp de 18 minute*	
Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatura**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere**	18 minute
Timp de uscare (minim)***	20 de minute

Ciclu cu prevacuum la 132 °C timp de 4 minute	
Metodă	Sterilizare cu aburi
Ciclu	Prevacuum
Temperatura**	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere**	4 minute
Timp de uscare (minim)***	20 de minute

Ciclu cu prevacuum la 134 °C timp de 3 minute*	
Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatura**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere**	3 minute
Timp de uscare (minim)***	20 de minute

* Acest ciclu nu este destinat pentru SUA
** Timpul de sterilizare este contorizat pentru o sondă aflată în cea mai rece zonă a autoclavei
*** Instrumentele și implanturile trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.
Observație: Ciclurile de sterilizare cu prevacuum la 134 °C timp de 18 min. și prevacuum la 134 °C timp de 3 min. nu sunt considerate de către United States Food and Drug Administration (US FDA, Autoritatea de supraveghere a alimentelor și medicamentelor din SUA) a fi cicluri de sterilizare standard. Utilizatorii trebuie să folosească doar sterilizatoare și accesorii (cum ar fi învelișuri de sterilizare, pungi de sterilizare, indicatoare chimice, indicatoare biologice și recipiente de sterilizare) care au fost aprobate de US FDA pentru specificațiile privind ciclul de sterilizare selectat (prevacuum la 132 °C timp de 4 min.).
Observație: Ciclul prelungit (prevacuum la 134 °C timp de 18 min.) nu a fost validat pentru inactivarea prionilor.

Depozitare:
Sistemele In2Bones® Systems nu necesită condiții de depozitare speciale. Condițiile de depozitare trebuie să fie în conformitate cu bunele practici din unitățile medicale.

Informații suplimentare:
Dispozitivele trebuie să fie întotdeauna verificate înainte de utilizare.
Orice articol cu semne de slăbire sau crăpături pe suprafețe trebuie eliminat și izolat. Contactați agentul dvs. local sau compania In2Bones® pentru înlocuirea acestora.
Când mai multe instrumente sunt sterilizate în cadrul aceleiași proceduri de sterilizare, trebuie să se asigure faptul că nu se depășește capacitatea maximă permisă a echipamentului.
Acești parametri de sterilizare se bazează pe presupunerea că toate instrumentele au fost decontaminate corect înainte de sterilizare. Parametrii sunt validați pentru a steriliza anumite configurații, conform marcajelor de pe tavă. Dacă se adaugă alte produse în tavă sau în sterilizator, este posibil ca parametrii recomandați să nu mai fie valabili și să fie necesară validarea unor parametri noi pentru ciclu de către utilizator. Autoclava trebuie să fie montată, întreținută și calibrată conform. Pot fi utilizate și alte metode și cicluri de sterilizare. Cu toate acestea, persoanele sau spitalele care nu utilizează metoda recomandată sunt sfătuite să valideze alternativa de metodă utilizând tehnicile de laborator corespunzătoare. Nu sunt recomandate tehnicile de sterilizare cu EtO sau de sterilizare la rece.
Avertisment: In2Bones® nu poate garanta sterilitatea produselor care au fost curățate sau (re)sterilizate de cumpărător sau utilizator.

8. Utilizarea instrumentului

Instrumentele trebuie să fie utilizate în intervenții chirurgicale doar de către cadre medicale bine familiarizate cu funcțiile, aplicarea și utilizarea acestora. Doar un chirurg calificat pentru efectuarea intervenției chirurgicale ortopedice necesare pentru un anumit pacient trebuie să utilizeze instrumentele chirurgicale. Aceste instrumente sunt de unică folosință și nu pot fi reutilizate.
Procedurile incorecte de întreținere, manipulare sau curățarea necorespunzătoare pot duce la inadecvarea instrumentului pentru scopul în care a fost conceput sau pot fi chiar periculoase pentru pacient sau personalul chirurgical. Aceste instrumente sunt vândute nesterile.

8.1. Preoperator

- Citiți cu atenție tehnica chirurgicală.
- Doar instrumentele proiectate și fabricate de In2Bones® trebuie să fie utilizate în combinație cu dispozitivele.
- Pregătiți toate implanturile și instrumentele necesare pentru procedură chirurgicală. Nu încercați să realizați o procedură chirurgicală cu un instrument nefuncțional, rupt, îndoielnic sau deteriorat.
- evaluați adaptabilitatea dispozitivului specific pacientului pe pacient.

8.2. Intraoperator / Examinarea instrumentelor

- Intervenția chirurgicală trebuie să fie efectuată de un chirurg cu experiență adecvată în ortopedie și în ceea ce privește diferitele etape prezentate în tehnica chirurgicală.
- Înainte de utilizarea instrumentelor în intervenții chirurgicale, acestea trebuie să fie întotdeauna examinate de utilizator.
- Consultați planul validat al chirurgului, asociat cu cazul de intervenție chirurgicală.
- Examinarea instrumentelor trebuie să fie amănunțită și trebuie să țină cont, mai ales, de prezența unor crăpături, îndoituri sau deformări, precum și de faptul că toate componentele instrumentele sunt fixate. Nu utilizați niciodată instrumente cu semne evidente de uzură excesivă, deteriorare, instrumente incomplete sau nefuncționale din alt punct de vedere.
- Instrumentele cu deteriorări inacceptabile trebuie să fie returnate producătorului sau eliminate corespunzător.
- Dispozitivele trebuie să fie manipulate cu grijă pentru a evita zgârieturile (risc de rupere incipientă).
- Dispozitivul nu trebuie să fie modificat în niciun caz.
- În timpul operației, trebuie să fie disponibilă și alte metode de fixare.
- Deschiderea setului de instrumente trebuie să fie efectuată conform condițiilor aseptice.

8.3. Tehnica chirurgicală / Responsabilitatea chirurgului

In2Bones® nu practică medicina și nu recomandă nicio tehnică chirurgicală specifică. Este responsabilitatea chirurgului să aleagă tehnica chirurgicală și instrumentele corespunzătoare pentru fiecare pacient în parte, în conformitate cu practica, experiența, instruirea, asistența medicală standard și cunoștințele privind literatura medicală pertinentă ale chirurgului. Compania In2Bones® nu este responsabilă pentru alegerea tehnicii chirurgicale corespunzătoare de utilizat pentru un anumit pacient. Criteriile de selecție pentru pacienți intră sub incidența responsabilității chirurgului. Înainte de intervenția chirurgicală, chirurgul trebuie să discute cu pacientul despre riscurile posibile, măsurile de precauție, avertismentele, consecințele, complicațiile și reacțiile adverse asociate cu procedura chirurgicală și dispozitivul implantat în cadrul procedurii chirurgicale. Chirurgul trebuie să consulte instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul. Informațiile din acest document trebuie să le luăm în considerare în timpul procesului selectării. Recunoașterea indicațiilor și contraindicațiilor corespunzătoare și selectarea procedurilor de tehnicilor chirurgicale corecte, determinate a fi cele mai bune pentru pacient sunt responsabilitatea chirurgului. Fiecare chirurg trebuie să evalueze potrivirea procedurii și instrumentelor utilizate în cadrul procedurii, pe baza propriilor instruiri și propriei experiențe.

8.4. Reutilizare / Resterilizare

Ghidurile PSI QUANTUM® pentru înlocuirea totală a genunchi sunt de unică folosință și nu trebuie să fie reutilizate și resterilizate.

9. Depozitare

A se depozita într-un loc uscat.

10. Informații privind produsele / Răspundere

Compania In2Bones® a acordat atenție rezonabilă în selectarea materialelor și fabricarea acestor produse și garanteazã faptul cã produsele nu au defecte de fabricație. Compania In2Bones® nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, inclusiv nicio garanție implicită de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop. Compania In2Bones® nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de pierderi, daune sau cheltuieli incidentale sau subsecvente, care apar în urma utilizării acestui produs.
Compania In2Bones® nu își asumă, nici nu permite altor persoane să își asume în numele său niciun alt fel de răspundere sau responsabilitate suplimentară în legătură cu utilizarea acestor produse. Compania In2Bones® întenționeazã ca acest dispozitiv sã fie utilizat doar de medici care au primit instruirea corectă în ceea ce privește tehnicile chirurgicale ortopedice pentru utilizarea dispozitivului.

INFORMAȚII Dacă aveți nevoie de informații privind produsele sau utilizarea acestora, contactați reprezentantul sau distribuitorul dvs. sau luați direct legătura cu producătorul.
Ultima revizuire: 10/2022

SLOVAK

NÁVOD NA POUŽITIE VODIDLÁ QUANTUM® PSI PRE TOTÁLNU NÁHRADU ČLENKA ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY PRE ORTOPEDICKÚ CHIRURGIU NA JEDNO POUŽITIE

S týmto výrobkom by mali manipulovať iba ODBORNE VYŠKOLENÉ a KVALIFIKOVANÉ OSOBY, ktoré sa OBOZNÁMILI s týmto NÁVODOM NA POUŽITIE.

1. Opis zdravotníckej pomôcky

Chirurgické nástroje, na ktoré sa vzťahuje tento NÁVOD NA POUŽITIE, sú nesterilné nástroje.
Tieto chirurgické nástroje sú určené len na jedno použitie.
Vyrábajú sa s určitými špecifickými charakteristikami pre pacienta, ktoré ich robia nepoužiteľnými v iných prípadoch, než pre ktoré boli vytvorené. Tieto chirurgické nástroje sa dodávajú nesterilné a pred použitím je nutné ich vyčistiť a sterilizovať. Po použití sa tieto nástroje musia náležite zlikvidovať. Žiadny z nástrojov nesmie byť implantovaný.
Tieto pomôcky neobsahujú ftaláty, pokiaľ to nie je uvedené na štítku.

2. Indikácie

In2Bones PSI: Vodidlá pre nástroje špecifické pre pacienta (PSI, Patient Specific Instrumentation) na totálnu náhradu členka (TAR, Total Ankle Replacement) značky QUANTUM® spoločnosti In2Bones sú indikované ako ortopedický nástrojový systém na pomoc pri umiestňovaní nástrojov určených na implantáciu totálnej náhradu členka QUANTUM® spoločnosti In2Bones.
Vodidlá QUANTUM® PSI spoločnosti In2Bones sú kompatibilné s tibiálnou platničkou QUANTUM®, tibiálnou vložkou QUANTUM® ako aj so štandardnými a plošne rezanými talárnymi implantátmi QUANTUM®.
Vodidlá PSI sú určené len na jedno použitie. Vodidlá PSI sa vyrábajú v súlade s predoperačným plánovaním, ktoré chirurg schválil v plánovacom softvéri TAR, a pomáhajú pri umiestňovaní osobitných nástrojov QUANTUM®, pomocou ktorých sa vykoná vŕtanie alebo rezanie kostí. Vodidlá QUANTUM® PSI spoločnosti In2Bones sú určené len na pacienta, ktorí spĺňajú indikácie totálnej náhrady členka QUANTUM® a pre ktorých sú k dispozícii röntgenové a CT snímky zodpovedajúce snímkovacím protokolom poskytnutým spoločnosťou In2Bones.
Plánovací softvér TAR: Plánovací softvér TAR je softvér na predoperačné plánovanie chirurgických výkonov určený na použitie s vodidlami QUANTUM® Patient Specific Instrumentation (PSI) spoločnosti In2Bones a totálnou náhradou členka QUANTUM®. Plánovací softvér TAR umožňuje chirurgovi používať pokročilé zobrazovacie a polohovacie nástroje na označenie kostí pred rezaním a náhradnými komponentmi totálnej náhrady členka počas operácie za predpokladu, že anatomické orientačné body potrebné na zarovnanie a umiestnenie implantátu sú identifikovateľné na röntgenových a CT snímkach pacienta. Pri týchto zákrokoch sú akceptovanými zobrazovacími metódami röntgen a CT.

3. Kontraindikácie

Vodidlá QUANTUM® PSI by sa nemali používať v nasledujúcich prípadoch:
- Pacient má aktívnu infekciu
- Od vykonania lekárskeho CT vyšetrenia použitého na definíciu výrobku došlo k významným zmenám anatómie pacienta
- Pacient má jednu z kontraindikácií implantácie totálnej náhrady členka QUANTUM® (pozri návod na použitie sterilného implantátu QUANTUM® TAR)

4. Upozornenia a preventívne bezpečnostné opatrenia

Pred operáciou si overte zhodu medzi IDCase na škatuľke vodidiel QUANTUM® PSI a kostí, informáciami o pacientovi a implantátmi totálnej náhrady členka QUANTUM®.
Podnos na nástroje QUANTUM® na opakované použitie je pri chirurgickom zákroku systémom QUANTUM® PSI povinný a musí byť k dispozícii počas operácie.
Kvalita a presnosť vodidiel QUANTUM® PSI a kostí závisí od kvality prijatých údajov z CT vyšetrenia pacienta. Prítomnosť kovových nečistôt.
Pomôcku vypráznite a vysušte pomocou jednorazových utierok. Na kanylované časti používajte stlačený lekársky vzduch.
Odporúčaný čistiaci prostriedok:
Počas validácie procesu manuálneho čistenia bol použitý alkalický čistiaci prostriedok NEODISHER MEDICLEAN FORTE pri koncentrácii 0,5 -2 % (výrobca: DR. WEIGER).
Pri používaní čistiaceho prostriedku sa riaďte odporúčaniami výrobcu.

• **Automatické čistenie**

Príprava pomôcky:
Hrubú nečistotu nachádzajúcu sa na nástrojoch odstráňte ihneď po ich použití. Kanáliky nástrojov z dutinami je nutné ihneď po použití preplachnúť na účely vyčistenia.
Nepoužívajte fixačné prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť zachytenie zvyškov a ovplyvniť tak účinnosť čistenia. Aby ste zabránili zachytávaniu nečistôt vysychaním, namočte nástroje do dezinfekčného roztoku ihneď po použití.
Nástroje a implantáty bezpečne uchovávajte a prepravujte na miesto zákroku v osobitných uzavretých nádobách, aby nedošlo k ich vystaveniu ani ku kontaminácii prostredia.
Ak je to potrebné/relevantné, pomôcku demontujte.

Pred čistením:
Vložte pomôcku do nádoby.
Pripravte si namáčací roztok pri izbovej teplote vo vode z vodovodu s alkalickým čistiacim prostriedkom (pH<11), ponorte pomôcku do nádoby a nechajte pôsobiť 15 minút.
Nádobu ponorte na 2 minúty do vody z vodovodu.

Čistenie / dezinfekcia v ultrazvukovej nádrži:
Vyberte pomôcku z nádoby.
V nádrži na preddezinfekciu si pripravte namáčací roztok pri izbovej teplote v destilovanej vode s alkalickým čistiacim prostriedkom (pH<11) a ponorte pomôcku počas 15 minút.
Pripravte si namáčací roztok pri izbovej teplote v destilovanej vode s alkalickým čistiacim prostriedkom (pH<11) a následne pomôcku premiestnite a ponorte. Vykonávajte ultrazvukové činnosti počas 15 minút.
Po namočení vyčistite všetky povrchy mäkkou kefou, pričom venujte zvláštnu pozornosť závitom, kanylovaným častiam, spojom a ťažko prístupným miestam.
Pomocou injekčnej striekačky zaveďte do kanylovaných častí trochu dekontaminačného roztoku.
Po umytí pomôcku ihneď a dôkladne opláchnite vodou s reverznou osmózou počas 2 minút.
Skontrolujte jednotlivé nástroje a čistenie opakujte, kým sa neodstránia všetky zostávajúce nečistoty.
Pomôcku vysušte a vysušte pomocou jednorazových utierok. Na kanylované časti používajte stlačený lekársky vzduch.
Odporúčaný čistiaci prostriedok:
Počas validácie procesu manuálneho čistenia bol použitý alkalický čistiaci prostriedok NEODISHER MEDICLEAN FORTE pri koncentrácii 0,5 -2 % (výrobca: DR. WEIGER).
Pri používaní čistiaceho prostriedku sa riaďte odporúčaniami výrobcu.

• **Automatické čistenie**

Príprava pomôcky:
Hrubú nečistotu nachádzajúcu sa na nástrojoch odstráňte ihneď po ich použití. Kanáliky nástrojov z dutinami je nutné ihneď po použití preplachnúť na účely vyčistenia.
Nepoužívajte fixačné prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť zachytenie zvyškov a ovplyvniť tak účinnosť čistenia. Aby ste zabránili zachytávaniu nečistôt vysychaním, namočte nástroje do dezinfekčného roztoku ihneď po použití.
Nástroje a implantáty bezpečne uchovávajte a prepravujte na miesto zákroku v osobitných uzavretých nádobách, aby nedošlo k ich vystaveniu ani ku kontaminácii prostredia.
Ak je to potrebné/relevantné, pomôcku demontujte.

Pred čistením:
Vložte pomôcku do nádoby.
Pripravte si namáčací roztok pri izbovej teplote vo vode z vodovodu s alkalickým čistiacim prostriedkom (pH<11), ponorte pomôcku do nádoby a nechajte pôsobiť 15 minút.
Nádobu ponorte na 2 minúty do vody z vodovodu.

Čistenie / dezinfekcia v ultrazvukovej nádrži:
Vyberte pomôcku z nádoby.
V nádrži na predbežnú d