ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE QUANTUM® PSI GUIDES FOR TOTAL ANKLE REPLACEMENT MEDICAL DEVICES FOR ORTHOPAEDIC SURGERY SINGLE USE

This product must be handled by WELL-TRAINED and QUALIFIED PERSONS, AWARE of these INSTRUCTIONS FOR USE.

1. Description of the medical device

The surgical instruments covered by this INSTRUCTIONS FOR USE are non-sterile instruments.
These surgical instruments are designed for single use only.
They are manufactured with certain patient-specific features which render them unusable in cases other than that for which they were designed. These surgical instruments are supplied non-sterile, and must be cleaned and sterilized before use. After use, these instruments must be properly disposed of. None of the instruments shall be implanted.
These devices do not contain phthalates unless this is indicated on the label.

2. Indications

In2Bones PSI: In2Bones QUANTUM® Patient Specific Instrumentation (PSI) Guides for Total Ankle Replacement (TAR) is indicated as an orthopaedic instrument system to assist in the instrumentation positioning dedicated to In-2Bones QUANTUM® Total Ankle Replacement implantation.
In2Bones QUANTUM® PSI guides are compatible with QUANTUM® tibial tray, QUANTUM® tibial insert, as well as standard and Flat-Cut QUANTUM® talar implants.
PSI Guides are intended for single use only. PSI Guides are manufactured in correlation with a pre-operative planning validated by the surgeon on the TAR Planning Software and assist in the positioning of the dedicated QUANTUM® instrumentation with which drillings or bone cuts will be performed. In2Bones QUANTUM® PSI guides are indicated for patient population fulfilling the QUANTUM® Total Ankle Replacement indications and for which X-rays and CT-scan images are available and compliant with imaging protocol provided by In2Bones.
TAR Planning software: The TAR Planning Software is a prescriptive surgical planning software intended to be used with In2Bones QUANTUM® Patient Specific Instrumentation (PSI) Guides and QUANTUM® Total Ankle Replacement. TAR Planning Software allows the surgeon to use advanced display and positioning tools to guide the marking of bone before cutting and preview the total ankle replacement components intraoperatively, provided that anatomic landmarks necessary for alignment and positioning of the implant are identifiable on patient X-rays and imaging scans. X-rays and CT-scan are the accepted imaging modalities for these procedures.

3. Contraindications

The QUANTUM® PSI guides should not be used if any of the following occur:
- The patient has an active infection
- Significant changes to patient's anatomy have occurred since the medical scan used for product definition was obtained
- The patient presents one of the contraindications for the QUANTUM® Total Ankle Replacement implantation (refer to the QUANTUM® TAR sterile implant instructions for use)

4. Warnings and precautions

Confirm before the surgery the consistency between the IDCase of the QUANTUM® PSI guides and bones, the patient information and the QUANTUM® Total Ankle Replacement implants.
The QUANTUM® reusable instrumentation tray is mandatory for the QUANTUM® PSI System surgical procedure, and must be available at the time of the surgery.
The quality and the accuracy of the QUANTUM® PSI guides and bones depends on the quality of the patient CT scan data received. Presence of metallic implants at the ankle area of interest may decrease the quality of the patient bone reconstruction due to imaging artifacts.
The device should not be used if:
- The patient has currently, or has history of sensitivity / allergy to the polymers constituting the device
No exploitable CT scans could be obtained for the manufacturing of this patient-specific instrumentation

5. Complications

Please refer to the QUANTUM® Implant Instructions.

6. Limitations and restrictions of reprocessing

The medical provider must match the case number provided on design paperwork with the case number on the device labeling. End of functional life is intended to be the conclusion of the case for which the device was designed. These instruments are created based on patient-specific data which may be subject to change at varying rates depending on the patient condition. It is up to the medical provider to determine if the patient's condition or anatomy may have changed sufficiently to require redesign of the device. Extreme care should be taken not to drop or contaminate the device during surgery. All unused devices must be destroyed upon the conclusion of the case for which the devices were designed.

7. Recommendations for cleaning and sterilization

7.1. Recommendations for sterilization

Sterilization is only allowed for products sold non-sterile. Remove delivery packaging in compliance with current regulations to store non-sterile products. The users should only use the steam sterilization cycles, validated by In2Bones®, as recommended in the following section (cf. handling and reprocessing).

7.2 Handling and reprocessing / Product sold non sterile

Check the integrity of the packaging and labeling before opening the packing. Remove all the products from their packaging prior to sterilization. All products should be cleaned, decontaminated, and sterilized before use.
Caution:
Some cleaning solutions such as those that contain bleach, formaldehyde or sodium hydroxide (NaOH), can damage specific components and should not be used.

- **Manual cleaning process**

Device preparation:
Remove gross soil present on the instruments immediately after their use. For instruments with cavities, it is mandatory to irrigate any channels to clean them as soon as they have been used.
Do not use fixing products which would cause the binding of residues and affect the outcome of the cleaning. To prevent the binding of soils by drying, soak the instruments in a disinfectant solution as soon as their use is ended.
Store and transport instruments and implants safely in specific closed containers to the place of treatment, to avoid damage and environmental contamination.
If necessary/relevant, dismantle the device.
Pre-cleaning:
Introduce the device into the container.
Prepare a soaking bath at ambient temperature in tap water with an alkaline detergent (pH<11) and immerse the device into the container and let in contact for 15 minutes.
Immerse the container in tap water for 2 minutes.
Cleaning / disinfection in ultrasonic tank:
Take the device out of the container.
In a pre-disinfection tank, prepare a soaking bath at ambient temperature in purified water with an alkaline detergent (pH<11) and immerse the device for 15 minutes.
Prepare a soaking bath at ambient temperature in purified water with an alkaline detergent (pH<11), then, transfer and immerse the device. Carry out ultrasound actions for 15 minutes.
After immersion, scrub all surfaces with a soft brush, paying attention especially to threads, cannulated parts, joints and difficult access areas.
With a syringe, introduce some decontaminating solution into the cannulated parts.
After washing, rinse immediately and carefully the device with reverse osmosis water during 2 minutes.
Check each instrument and repeat cleaning until any remaining residues have been eliminated.
Drain and dry the device with single-use towelettes. Use compressed medical grade air for the cannulated parts.
Recommended cleaning product:
Alkaline detergent NEODISHER MEDICLEAN FORTE at 0.5 – 2% (manufacturer: DR. WEIGERT) was used during validation of the manual cleaning process.

The detergent should be used following the recommendations from the manufacturer.

- **Automatic cleaning process**

Device preparation
Remove gross soil present on the instruments immediately after their use. For instruments with cavities, it is mandatory to irrigate any channels to clean them as soon as they have been used.
Do not use fixing products which would cause the binding of residues and affect the outcome of the cleaning. To prevent the binding of soils by drying, soak the instruments in a disinfectant solution as soon as their use is ended.
Store and transport instruments and implants safely in specific closed containers to the place of treatment, to avoid damage and environmental contamination.
If necessary/relevant, dismantle the device.
Pre-cleaning:
Prepare a soaking bath at ambient temperature in tap water with a neutral detergent, immerse the devices and carry out ultrasound actions for 15 minutes.
In case of devices in their container, introduce the devices into the container without a lid. Prepare a soaking bath at ambient temperature in tap water, with a neutral detergent, immerse the devices into their container, and carry out ultrasound actions for 15 minutes.
After immersion, scrub all surfaces of the devices with a soft brush, paying attention, especially to threads, cannulated part, joints and difficult access areas.
With a syringe, introduce some decontaminating solution into the cannulated parts three times.
Immerse the devices in tap water for 2 minutes.
Cleaning / disinfection in automatic washer:
Put the devices into the washer-disinfector so that they remain still (they must not knock against each other or be damaged).
In case of devices in their container, put the container with devices into the washer-disinfector so that they remain still (they must not knock against each other or be damaged).
Launch the following cleaning program:
- precleaning with softened water at 35°C,
- cleaning with a neutral detergent for 5 minutes at 70°C,
- intermediary rinsing with softened water at 45°C,
- final rinsing with distilled water at 70°C during 3 minutes,
- thermal disinfection for 5 minutes at 93 °C,
- drying for at least 7 minutes at minimum 70°C and maximum 95°C.

At the end of the cycle, remove the components from the washer-disinfector and dry with compressed medical grade air in addition if necessary (areas difficult to reach).
Check each instrument and repeat cleaning, or proceed to a manual cleaning, until any remaining residues have been eliminated.
Recommended cleaning product
Neutral detergent PROLYSTICA® 2X CONCENTRATE NEUTRAL DETERGENT at 0.4 % (manufacturer: STERIS) was used during validation of the automatic cleaning process.
The detergent should be used following the recommendations from the manufacturer.

- **Sterilization**

Inspection / control :
Before preparation, sterilization, all medical devices must be checked.
A visual check should allow detection of any damage and assess the wear level on all devices, especially the contact surfaces, joints, and devices where soil could be hidden. Worn or defective instruments must not be used.
Any instrument with evidence of corrosion, discoloration, cracked seal, or pitting must not be used.
Instruments with unacceptable deterioration should be returned to the manufacturer or disposed of properly.
Packaging before sterilization :
A standard polyethylene/Tyvek (or equivalent, like double wrap) sterilization pouch with appropriate size may be used for single instruments. Ensure that the pack is large enough to contain the instrument without stressing the seals or tearing the packaging.
Note: Only wraps, pouches and sterilization containers for steam sterilization that have been cleared by the United States Food and Drug Administration (US FDA) or shall be used for U.S.
Sterilization :
Before use, the In2Bones® components must be steam-sterilized in compliance with country-specific regulations.
The sterilization of In2Bones® instrumentation has been validated using the following parameters:

Pre-vacuum cycle at 134°C for 18 minutes*	
Method	Steam Sterilization Cycle
Cycle	Prevaccum
Temperature**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Minimum Exposure time**	18 minutes
Dry time (minimum)***	20 minutes

Pre-vacuum cycle at 132°C for 4 minutes	
Method	Steam Sterilization Cycle
Cycle	Prevaccum
Temperature**	132°C (270°F)(-0°C/+3°C)
Minimum Exposure time**	4 minutes
Dry time (minimum)***	20 minutes

Pre-vacuum cycle at 134°C for 3 minutes*	
Method	Steam Sterilization Cycle
Cycle	Prevaccum
Temperature**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Minimum Exposure time**	3 minutes
Dry time (minimum)***	20 minutes

* This cycle is not intented for U.S.
** The sterilization time is counted for a probe located at the coldest zone of the autoclave
*** Instruments and implants must be completely dried before use.
Note: Prevacuum 134°C for 18min and prevacuum 134°C for 3min sterilization cycles are not considered by the United States Food and Drug Administration (US FDA) to be standard sterilization cycles. Users should only use sterilizers and accessories (such as sterilization wraps, sterilization pouches, chemical indicators, biological indicators and sterilization containers) that have been cleared by the US FDA for the selected sterilization cycle specifications (prevaccum 132°C for 4min).
Note: The extended cycle (prevacuum 134°C for 18min) has not been validated for the inactivation of prions.
Storage :
In2Bones® Systems do not require specific storage conditions. Storage conditions must be in compliance with good practices in health care facilities.
Additional information :
Devices must always be checked before use. Any articles with signs of weakness or cracks on surfaces must be removed and isolated. Contact your local agent or In2bones® to replace them.
When several instruments are sterilized during the same sterilization operation, it is necessary to check that the permissible maximum load of equipment is not exceeded.
These sterilization parameters assume that all implants have been properly decontaminated prior to sterilization. The parameters are validated to sterilize specific configurations as noted in the tray markings. If other products are added to the tray or to the sterilizer, the recommended parameters may not be valid and new cycle parameters may need to be validated by the user. The autoclave must be properly installed, maintained and calibrated. Other sterilization method and cycles may also be used. However, individuals or hospitals not using the recommended method are advised to validate the alternative method using appropriate laboratory techniques. EtO sterilization or cold sterilization techniques are not recommended.
Warning: In2Bones® cannot guarantee sterility for products that have been cleaned or (re)sterilized by the purchaser or user.

8. Use of the instrument

Only medical professionals who are thoroughly familiar with the instruments function, application, and use should use them in surgery. Only a surgeon qualified to perform the orthopedic surgery required by the particular patient should use the surgical instruments. These instruments are for single use only and may not be re-used.
Improper maintenance, handling, or poor cleaning procedures can render the instrument unsuitable for its intended purpose, or even dangerous to the patient or surgical staff. These instruments are sold non-sterile.

8.1. Preoperative

· Read carefully the Surgical Technique.
· Only the instruments designed and manufactured by In2Bones® should be used in combination with the devices.
· Prepare all implants and instruments necessary for the surgical procedure. Do not attempt a surgical procedure with non-functional, broken, suspect, or damaged instrument.
· Appreciate the adaptability of the patient-specific device on the patient

8.2. Peroperative / Examination of instruments

· The surgery should be performed by a surgeon with adequate background in orthopedics and with respect to the different steps described in the Surgical Technique.
· Instruments must always be examined by the user prior to use in surgery.
· Refer to the surgeon's validated planning associated with the case operated.
· Examination of instruments should be thorough, and in particular should take into account the presence of any cracks, bending, or distortion, and that all components of the instrument are complete. Never use instruments with obvious signs of excessive wear, damage, incomplete or otherwise unfunctional.
· Instruments with unacceptable deterioration should be returned to the manufacturer or properly disposed.
· Devices should be handled, with care, to avoid any scratch (risk of incipient break).
· Under no circumstances should the device be modified.
· Alternate fixation methods should be available intraoperatively.
· Opening of the instruments set must be done according to aseptic conditions.

8.3. Surgical technique / Responsibility of the Surgeon

In2Bones® does not practice medicine and does not recommend any specific surgical technique. It is the surgeon's responsibility to select the appropriate surgical technique and instruments for each individual patient, in accordance with the surgeon's practice, experience, training, standard of care and knowledge of the relevant medical literature. In2Bones® is not responsible for selection of the appropriate surgical technique to be utilized for an individual patient. Criteria for patient selection are the responsibility of the surgeon. The surgeon should discuss with the patient prior to surgery possible risks, precautions, warnings, consequences, complications, and adverse reactions associated with the surgical procedure and device being implanted in the surgical procedure. The surgeon should refer to the instructions for use accompanying the device. Information contained within this document should be taken into consideration during the selection process. Recognition of the appropriate indications and contraindications and the selection of the proper surgical procedures and techniques determined to be best for the patient are the responsibility of the surgeon. Each surgeon must evaluate the appropriateness of the procedure and instruments used during the procedure based on his or her own training and experience.

8.4. Re-use / Re-sterilization

QUANTUM® PSI guides for total ankle replacement are intended for single use must not be re-used and re-sterilized

9. Storage

Store in dry place.

10. Information on the products / Liability

In2Bones® has exercised reasonable care in the selection of materials and the manufacture of these products and warrants that the products are free from manufacturing defects. In2Bones® excludes all other warranties, whether expressed or implied, including but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. In2Bones® shall not be liable for any incidental or consequential loss, damage, or expense, directly or indirectly arising from use of this product.
In2Bones® neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other or additional liability or responsibility in connection with use of these products. In2Bones® intends that this device should be used only by physicians having received proper training in orthopedic surgery technique for use of the device.

Information Should any information regarding the products or their uses be required, please contact your representative or distributor or directly contact the manufacturer.
Caution : US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician
Last revision: 10/2022

FRANÇAIS

NOTICE D'INSTRUCTIONS QUANTUM® GUIDES PSI POUR PROTHESE DE CHEVILLE DISPOSITIFS POUR LA CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE USAGE UNIQUE

Ce produit doit être manipulé par des personnes FORMEES, QUALIFIEES et AYANT PRIS CONNAISSANCE de la présente NOTICE.

1. Description des dispositifs médicaux

Les dispositifs pour chirurgie orthopédique couverts par cette NOTICE D'UTILISATION sont des instruments non stériles.
Ces instruments chirurgicaux sont conçus pour un usage unique.
Ils sont fabriqués avec certaines caractéristiques spécifiques au patient qui les rendent inutilisables dans des cas autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Ces instruments chirurgicaux sont fournis non stériles et doivent être nettoyés et stérilisés avant utilisation. Après utilisation, ces instruments doivent être éliminés correctement. Aucun de ces instruments ne doit être implanté.
Ces dispositifs médicaux ne contiennent pas de phtalates sauf indication contraire sur l'étiquette.

2. Indications

In2Bones PSI: Le système d'instrument spécifique au patient (PSI) QUANTUM® d'In2Bones est indiqué comme système d'instrument orthopédique pour faciliter le positionnement de l'instrumentation dédié à l'implantation de prothèse total de cheville QUANTUM®.
Les guides In2Bones QUANTUM® PSI sont compatibles avec le plateau tibial QUANTUM®, l'insert tibial QUANTUM®, ainsi qu'avec les implants talaires QUANTUM® standard et Flat-Cut.
Les guides PSI sont destinés à un usage unique. Les guides PSI sont fabriqués en corrélation avec une planification préopératoire validée par le chirurgien sur le logiciel de planification et facilitent le positionnement de l'instrumentation QUANTUM® dédiée avec laquelle des forages ou des coupes d'os seront effectués. Les guides In2Bones QUANTUM® PSI sont indiqués pour la population de patients répondant aux indications de la prothèse totale de cheville QUANTUM® et pour lesquels des radiographies et des images scanner sont disponibles et conformes au protocole d'imagerie fourni par In2Bones.
Logiciel de planification TAR : Le logiciel de planification TAR est un logiciel de planification préopératoire destiné à être utilisé avec les guides d'instrumentation spécifique au patient (PSI) In2Bones QUANTUM® et la prothèse totale de cheville QUANTUM®. Le logiciel de planification TAR permet au chirurgien d'utiliser des outils d'affichage et de positionnement avancés pour guider le marquage de l'os avant la coupe et de prévisualiser les composants de la prothèse totale de cheville en peropératoire, à condition que les repères anatomiques nécessaires à l'alignement et au positionnement de l'implant soient identifiables sur les radiographies et les scanners du patient. Les radiographies et les scanners sont les modalités d'imagerie acceptées pour ces procédures.

3. Contre-indications

Les guides QUANTUM® PSI ne doivent pas être utilisés si l'un des cas suivants se présente :
· Le patient a une infection active
· Des changements significatifs dans l'anatomie du patient sont intervenus depuis l'obtention de l'imagerie utilisée pour la définition du produit
· Le patient présente une des contre-indications à l'implantation de la prothèse totale de cheville QUANTUM® (voir la notice d'utilisation de l'implant stérile QUANTUM® TAR)

4. Avertissements et précautions

Confirmer avant la chirurgie la cohérence entre l'IDCase des guides et des os QUANTUM® PSI avec les informations sur le patient et les implants de la prothèse totale de cheville QUANTUM®.
Le conteneur d'instrumentation réutilisable QUANTUM® est obligatoire pour la procédure chirurgicale du système QUANTUM® PSI, et doit être disponible au moment de l'opération.
La qualité et la précision des guides et des os du système QUANTUM® PSI dépendent de la qualité des données du scanner du patient. La présence d'implants métalliques dans la zone d'intérêt de la cheville peut diminuer la qualité de la reconstruction osseuse du patient en raison des artefacts d'imagerie.
Le dispositif ne doit pas être utilisé si :
· Le patient a, ou a eu par le passé, une sensibilité/allergie aux polymères constituant le dispositif
· Aucun scanner exploitable n'a pu être obtenu pour la réalisation de cette instrumentation patient-spécifique

5. Complications

Se référer à la notice des implants QUANTUM®.

6. Limites et restrictions du retraitement

L'établissement de santé doit faire correspondre le numéro de cas indiqué sur les documents de conception avec le numéro de cas figurant sur l'étiquetage du dispositif. La fin de la vie fonctionnelle est censée être la conclusion du cas pour lequel le dispositif a été conçu. Ces instruments sont créés sur la base de données spécifiques au patient, qui peuvent être modifiées à des vitesses variables en fonction de l'état du patient. Il appartient à l'établissement de santé de déterminer si l'état ou l'anatomie du patient a suffisamment changé pour nécessiter une nouvelle conception du dispositif. Des précautions extrêmes doivent être prises pour ne pas laisser tomber ou contaminer les dispositifs pendant la chirurgie. Tous les dispositifs inutilisés doivent être détruits à la conclusion du cas pour lequel ils ont été conçus.

7. Recommandations pour le nettoyage et la stérilisation

7.1. Recommandations pour la stérilisation

Les produits considérés non stériles peuvent être stérilisés hors emballage avant utilisation selon les normes en vigueur dans le pays. Les utilisateurs ne doivent utiliser que les cycles de stérilisation à la vapeur, validés par In2Bones®, tel que recommandé dans la section suivante (cf. manipulation et traitement).

7.2. Manipulation et traitement

Contrôler l'intégrité de l'emballage et de l'étiquetage avant son ouverture.
Retirer tous les produits de leur emballage avant la stérilisation.
Tous les produits doivent être nettoyés, décontaminés et stérilisés avant utilisation en chirurgie.
Attention: Certaines solutions contenant de l'eau de Javel, du formaldéhyde ou de l'hydroxyde de sodium (NaOH), peuvent endommager les dispositifs et ne doivent pas être utilisés.

- **Processus de nettoyage manuel**

Préparation du dispositif:
Retirer les souillures importantes présentes sur les instruments immédiatement après leur utilisation. Pour les instruments avec des cavités, il est nécessaire d'irriguer tous les canaux afin de les nettoyer dès qu'ils ont été utilisés.
Ne pas utiliser de produits de fixation qui provoqueraient la liaison de résidus et affecteraient le résultat du nettoyage. Pour éviter la fixation de souillure par séchage, faire tremper les instruments dans une solution désinfectante dès que leur utilisation est terminée.
Stocker et transporter les instruments et implants en toute sécurité dans des containeurs fermés spécifiques à l'endroit du traitement, afin d'éviter les dommages et la contamination par l'environnement.
Si nécessaire / utile, démanteler l'appareil.
Pré-lavage:
Introduire le dispositif dans le conteneur.
Préparer un bain de trempage à température ambiante dans de l'eau courante avec un détergent alcalin (pH<11), plonger le dispositif dans le conteneur et laisser en contact pendant 15 minutes.
Immerger le conteneur dans de l'eau courante pendant 2 minutes.
Nettoyage / désinfection dans le bac à ultrasons:
Sortir le dispositif du conteneur.
Dans un réservoir de pré-désinfection, préparer un bain de trempage à température ambiante dans de l'eau purifiée avec un détergent alcalin (pH<11) et immerger le dispositif pendant 15 minutes.
Préparer un bain de trempage à température ambiante dans de l'eau purifiée avec un détergent alcalin (pH<11), puis transférer et immerger le dispositif. Réaliser les ultrasons pendant 15 minutes.
Après l'immersion, frotter toutes les surfaces avec une brosse douce, en accordant une attention particulière aux filetages, aux canules, aux articulations et aux zones difficiles d'accès.
Avec une seringue, introduire une solution de décontamination dans les parties canulées.
Après le lavage, rincer immédiatement et soigneusement le dispositif avec de l'eau filtrée par osmose inverse pendant 2 minutes.
Vérifier chaque instrument et répéter le nettoyage jusqu'à ce que les résidus restants aient été éliminés.
Égoutter et sécher le dispositif avec des linges à usage unique. Utiliser de l'air comprimé médical pour les parties canulées.
Produit de nettoyage recommandé:
Le détergent alcalin NEODISHER MEDICLEAN FORTE à 0,5 2% (fabricant:: DR. WEIGERT) a été utilisé lors de la validation du processus de nettoyage manuel.
Le détergent doit être utilisé suivant les recommandations du fabricant.

- **Processus de nettoyage automatique**

Préparation du dispositif:
Retirer les souillures importantes présentes sur les instruments immédiatement après leur utilisation. Pour les instruments avec des cavités, il est nécessaire d'irriguer tous les canaux afin de les nettoyer dès qu'ils ont été utilisés.
Ne pas utiliser de produits de fixation qui provoqueraient la liaison de résidus et affecteraient le résultat du nettoyage. Pour éviter la fixation de souillure par séchage, faire tremper les instruments dans une solution désinfectante dès que leur utilisation est terminée.
Stocker et transporter les instruments et implants en toute sécurité dans des containeurs fermés spécifiques à l'endroit du traitement, afin d'éviter les dommages et la contamination par l'environnement.
Si nécessaire / utile, démanteler l'appareil.
Pré-lavage:
Préparer un bain de trempage à température ambiante dans de l'eau courante avec un détergent neutre, plonger le dispositif et réaliser les ultrasons pendant 15 minutes.
Dans le cas de dispositifs dans leur conteneur, introduire le dispositif dans le conteneur sans couvercle. Préparer un bain de trempage à température ambiante dans de l'eau courante avec un détergent neutre, plonger les dispositifs dans leur conteneur, et réaliser les ultrasons pendant 15 minutes.
Après l'immersion, frottez toutes les surfaces avec une brosse douce, en accordant une attention particulière aux filetages, aux canules, aux articulations et aux zones difficiles d'accès.
Avec une seringue, introduire une solution de décontamination dans les parties canulées trois fois.
Plonger les dispositif dans de l'eau courante pendant 2 minutes.
Nettoyage / désinfection en laveur automatique:
Mettre les dispositifs dans le laveur-désinfecteur afin qu'ils restent immobiles (ils ne doivent pas s'entrechoquer ou être endommagé).
Dans le cas de dispositifs dans leur conteneur, mettre le conteneur avec les dispositifs dans le laveur-désinfecteur afin qu'ils restent immobiles (ils ne doivent pas s'entrechoquer ou être endommagé).
Lancer le programme de nettoyage suivant:
- prélavage avec de l'eau adoucie à 35°C,
- nettoyage avec un détergent neutre pendant 5 minutes à 70°C,
- rinçage intermédiaire avec de l'eau adoucie à 45°C,
- rinçage final avec de l'eau distillée à 70°C pendant 3 minutes,
- désinfection thermique pendant 5 minutes à 93°C,
- séchage pendant au moins 7 minutes à 70°C minimum et 95°C maximum.

À la fin du cycle, retirer les composants du laveur-désinfecteur et sécher à l'air comprimé médical si nécessaire (zones difficiles d'accès).
Vérifier chaque instrument et répéter le nettoyage, ou procéder à un nettoyage manuel, jusqu'à ce que les résidus restants aient été éliminés.
Produit de nettoyage recommandé:
Le détergent neutre PROLYSTICA® 2X CONCENTRATE NEUTRAL DETERGENT à 0,4% (fabricant: STERIS) a été utilisé lors de la validation du processus de nettoyage automatique.
Le détergent doit être utilisé suivant les recommandations du fabricant.

- **Stérilisation**

Inspection / contrôle:
Avant la préparation pour la stérilisation, tous les dispositifs médicaux doivent être vérifiés.
Un contrôle visuel doit permettre la détection de tout dommage et d'évaluer le niveau d'usure sur tous les dispositifs, en particulier sur les surfaces de contact, les articulations et sur les dispositifs où des souillures pourraient être cachées. Les dispositifs usés ou défectueux ne doivent pas être utilisés. Tout dispositif présentant des signes de corrosion, de décoloration, de joint fissuré, ou de marques, ne doit pas être utilisé.
Les dispositifs présentant une détérioration inacceptable doivent être retournés au fabricant ou jetés correctement.
Conditionnement avant la stérilisation:
Un sachet de stérilisation standard en polyéthylène / Tyvek (ou équivalent, comme en double épaisseur) avec une taille appropriée peut être utilisé pour les instruments. S'assurer que l'emballage soit assez large pour contenir l'instrument sans solliciter les joints ou déchirer l'emballage.
Remarque : seuls les emballages, les sachets et les conteneurs de stérilisation à la vapeur qui ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis doivent être utilisés aux États-Unis.
Stérilisation: Avant utilisation, les composants In2Bones® doivent être stérilisés à la vapeur selon les réglementations spécifiques du pays.
La stérilisation des instruments In2Bones® a été validée en utilisant les paramètres suivants:

Cycle pré-vide à 134°C pendant 18 minutes*	
Méthode	Stérilisation à la vapeur
Cycle	Pré-vide
Température**	134°C (273°F)(-0°C/+3°C)
Temps d'exposition (minimum)**	18 minutes
Temps de séchage (minimum)***	20 minutes

Cycle pré-vide à 132°C pendant 4 minutes	
Méthode	Stérilisation à la vapeur
Cycle	Pré-vide
Température**	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Temps d'exposition (minimum)**	4 minutes
Temps de séchage (minimum)***	20 minutes

Cycle pré-vide à 134°C pendant 3 minutes*	
Méthode	Stérilisation à la vapeur
Cycle	Pré-vide
Température**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Temps d'exposition (minimum)**	3 minutes
Temps de séchage (minimum)***	20 minutes

* Ce cycle n'est pas destiné aux États-Unis.
** La durée de stérilisation est calculée pour une sonde située dans la zone la plus froide de l'autoclave
*** Les instruments et les implants doivent être complètement séchés avant leurs utilisations.
Remarque: Le pré-vide à 134 °C pendant 18min et le pré-vide à 134 °C pendant 3min pour les cycles de stérilisation ne sont pas considérés par la Food and Drug Administration des États-Unis (US FDA) comme des cycles de stérilisation standard. Les utilisateurs ne doivent utiliser que des stérilisateurs et des accessoires (tels que les enveloppes de stérilisation, les sachets de stérilisation, les indicateurs chimiques, les indicateurs biologiques et les conteneurs de stérilisation) qui ont été validés par la FDA américaine pour les spécifications de cycle de stérilisation sélectionné (pré-vide à 132 °C pendant 4min).
Remarque: Le cycle prolongé (pré-vide à 134 °C pendant 18min) n'a pas été validé pour l'inactivation des prions.
Stockage:
Les dispositifs In2Bones® ne nécessite pas de conditions particulières de stockage. Les conditions de stockage doivent être en conformité avec les bonnes pratiques dans les établissements de santé.
Information supplémentaire:
Les dispositifs doivent toujours être vérifiés avant utilisation.
Tous les articles avec des signes de faiblesse ou des fissures sur les surfaces doivent être retirés et isolés. Contactez votre agent local ou In2bones® pour les remplacer.
Lorsque plusieurs instruments sont stérilisés au cours de la même opération de stérilisation, il est nécessaire de vérifier que la charge maximale admissible de l'équipement ne soit pas dépassée.
Ces paramètres de stérilisation impliquent que tous les instruments ont été correctement nettoyés avant stérilisation. Les paramètres sont validés pour la stérilisation de configurations spécifiques indiquées par le marquage dans le conteneur. Si d'autres produits sont ajoutés dans la boîte ou dans le conteneur, les paramètres recommandés peuvent ne plus s'avérer valides et de nouveaux paramètres de cycle devront être validés par l'utilisateur. L'autoclave doit être correctement installé, entretenu et étalonné.
D'autres méthodes et cycles de stérilisation peuvent être utilisés. Néanmoins aux personnes et établissements hospitaliers ne suivant pas la méthode préconisée, il est recommandé et conseillé de valider leur propre méthode en utilisant les tech¬niques de laboratoires appropriés.
La stérilisation à l'oxyde d'éthylène ou la stérilisation à froid ne sont pas recommandées.
Avertissement: Toute responsabilité de In-2Bones® concernant la stérilité est exclue pour les produits nettoyés ou (re)stérilisés par l'acheteur ou l'utilisateur.

8.Utilisation du dispositif

Seuls les professionnels de santé qui sont parfaitement familiers avec l'utilisation, les applications et les fonctions de ces instruments peuvent les utiliser en chirurgie. Seuls les chirurgiens qualifiés pour pratiquer la chirurgie orthopédique en fonction de la particularité du patient doivent utiliser ces instruments chirurgicaux.
Ces instruments sont à usage unique et ne doivent pas être réutilisés.
Un mauvais traitement, une mauvaise manipulation ou un mauvais nettoyage peuvent rendre les instruments impropres à l'utilisation pour laquelle ils ont été prévus, voire même dangereux pour le patient ou les utilisateurs.
Ces instruments sont vendus non stérile.

8.1. En pré-opératoire

· Lire attentivement la technique opératoire.
· Seuls les instruments de pose, étudiés et fournis par In2Bones®, doivent être utilisés en combinaison avec le dispositif.
· Préparer l'ensemble des implants et des instruments nécessaires à l'intervention.
· Ne pas tenter une intervention chirurgicale avec un instrument non fonctionnel, cassé, suspect ou défectueux.
· Apprécier l'adaptabilité du dispositif patient spécifique au patient.

8.2. En per-opératoire / Examen des instruments

· L'opération doit être réalisée par un praticien ayant acquis la formation nécessaire en chirurgie orthopédique et en respectant les différents temps décrits dans la technique opératoire.
· Se référer à la planification associée au cas opéré, validée par le chirurgien,
· Les instruments doivent toujours être vérifiés par l'utilisateur avant leur utilisation en chirurgie,
· L'examen des instruments devra être complet, et devra permettre de s'assurer de l'absence de toute fissure, déformation ou altération.
· Ne jamais utiliser d'instrument qui présente des signes évidents d'usure excessive, de dommage ou qui est incomplet.
· Les instruments présentant des détériorations inacceptables doivent être renvoyés au fabricant ou éliminés de manière appropriée.
· Manipuler les dispositifs avec précaution afin d'éviter toute rayure profonde (risque d'amorce de rupture).
· En aucune circonstance le dispositif ne doit être retouché.
· Une méthode alternative de fixation doit être disponible en cours d'intervention.
· L'ouverture du boîtier d'instruments doit être réalisée suivant les conditions aseptiques.

8.3. Responsabilité du chirurgien

In2Bones® ne pratique pas la médecine et ne recommande aucune technique chirurgicale spécifique.
Il est de l'entière responsabilité du chirurgien de choisir la technique chirurgicale et les instruments appropriés individuellement pour chaque patient, en tenant compte de sa pratique, de son expérience, de sa formation et des connaissances relatives à la littérature scientifique correspondante. In2Bones® n'est pas responsable du choix de la technique chirurgicale retenue individuellement pour chaque patient.
Les critères de choix pour chaque patient sont de la responsabilité du chirurgien. Le chirurgien doit informer le patient au préalable sur les risques opératoires possibles, les précautions, les conséquences, les complications, et des effets indésirables associés avec ce type d'intervention chirurgicale et les produits implantés durant l'opération. Le chirurgien doit se référer aux notices d'instructions qui accompagnent les produits.
Les informations contenues à l'intérieur de ce document doivent être prises en considération pendant le processus de sélection.
La reconnaissance des indications appropriées, des contre-indications et le choix de la procédure et de la technique opératoire la mieux adaptée pour le patient sont de la responsabilité du chirurgien.
Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence de la procédure et des instruments utilisés pendant l'intervention en tenant compte de sa formation et de son expérience.

8.4. Ré-utilisation / Re-stérilisation

Les guides QUANTUM® PSI pour prothèse de cheville sont destinés à un usage unique et ne doivent pas être réutilisés et restérilisés.

9.Stockage

Stocker les dispositifs dans un endroit sec.

10. Renseignements sur les produits / Responsabilité :

In2Bones® a pris des précautions raisonnables lors de la sélection des matériaux et de la fabrication de ces produits. In2Bones® exclut cependant toute garantie légale, expresse ou implicite, y compris et de manière non limitative, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. In2Bones® ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte, dommage ou frais accessoires ou incidents, directement ou indirectement liés à l'utilisation de ce produit.
In2Bones® n'assume pas, et n'autorise aucun tiers à assumer en son nom, d'autres responsabilités en rapport avec ces produits.
In2Bones® vise que ce dispositif soit utilisé uniquement par des médecins ayant reçu une formation adéquate aux techniques de chirurgie orthopédique pour son utilisation.

INFORMATION Pour toutes informations concernant le produit ou son utilisation, vous pouvez contacter le fabricant directement, le représentant ou le distributeur.
Année d'apposition du marquage CE : 01/2021
Date de dernière révision : 10/2022

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE VERWENDUNG QUANTUM® PSI FÜHRUNGSHILFEN FÜR SPRUNGGELENKPROTHESE MEDIZINPRODUKTE FÜR DIE ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE EINMALGEBRAUCH

Dieses Produkt muss von GUT AUSGEBILDETEM, QUALIFIZIERTEM PERSONAL, DIE DIESE ANWENDUNGSRICHTLINIEN KENNEN, gehandhabt und/oder implantiert werden.

1. Beschreibung des Medizinprodukts

Bei den Produkten für die orthopädische Chirurgie, die Gegenstand dieser GEBRAUCHSANWEISUNG sind, handelt es sich um unsterile Instrumente.
Diese Chirurgieinstrumente sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Sie werden im Hinblick auf bestimmte individuelle Patientenmerkmale hergestellt und eignen sich nicht für andere Fälle, für die sie nicht speziell angefertigt wurden. Diese Chirurgieinstrumente werden unsteril geliefert und müssen vor Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden. Nach Benutzung müssen die Instrumente ordnungsgemäß entsorgt werden.
Keines dieser Instrumente darf implantiert werden.
Sofern nicht anders auf dem Etikett vermerkt, enthalten diese Geräte keine Weichmacher (Phtalate).

2. Indikationen

In2Bones PSI: Das patientenspezifische (PSI) Instrumentensystem QUANTUM® von In2Bones ist zum Gebrauch als orthopädisches Instrumentensystem bestimmt, um die

onmiddellijk na het gebruik ervan. Voor instrumenten met holtes is het verplicht om alle kanalen te spoelen om ze zo snel mogelijk na gebruik te reinigen.
Gebruik geen bevestigingsproducten die ervoor zorgen dat er resten achterblijven en die uitkomst van de reiniging beïnvloeden. Om te voorkomen dat opgedroogd vuil vast blijft plakken, dompel de instrumenten onder in een desinfecterende oplossing zodra ze niet meer worden gebruikt.
Bewaar en vervoer de instrumenten en implantaten veilig in gesloten houders naar de behandelplaats om schade en contaminatie van de omgeving te vermijden.
Dementeer het hulpmiddel indien nodig/relevant.
Vooraf reinigen:
Maak een sopje aan kamertemperatuur van leidingwater met een neutraal reinigingsmiddel en dompel er vervolgens het hulpmiddel in onder. Laat de ultrasonen gedurende 15 minuten inwerken.
In geval van hulpmiddelen in hun houder, leg het hulpmiddel in de houder zonder deksel. Maak een sopje aan kamertemperatuur van leidingwater met een neutraal reinigingsmiddel, leg de hulpmiddelen in hun houder en laat de ultrasonen gedurende 15 minuten inwerken.
Schrob na de onderdompeling alle oppervlakken van de hulpmiddelen met een zachte borstel en let vooral op de schroefdraden, canules, verbindingspunten en moeilijk te bereiken zones.
Spuit drie keer met een injectienaald een beetje ontsmettingsvloeistof in de canules.
Spoel de hulpmiddelen gedurende 2 minuten met leidingwater.
Reinigen / desinfectie in een wasautomaat:
Leg de hulpmiddelen in de was-/desinfectiemachine zodat ze stabiel liggen (ze mogen elkaar niet raken of beschadigd zijn).
In geval van hulpmiddelen in hun houder, leg de houder met de hulpmiddelen in de was-/desinfectiemachine zodat ze stabiel liggen (ze mogen elkaar niet raken of beschadigd zijn).
Start het volgende reinigingsprogramma:
- reiniging vooraf met onthard water aan 35 °C,
- reiniging gedurende 5 minuten met een neutraal reinigingsmiddel aan 70 °C,
- tussentijds reinigen met onthard water aan 45 °C,
- ten slotte 3 minuten lang afspoelen met op 70°C gedistilleerd water,
- thermale ontsmetting gedurende 5 minuten aan 93 °C,
- drogen gedurende ten minste 7 minuten aan minimum 70 °C en maximum 95 °C.

Haal de componenten aan het eind van de cyclus uit de was-/desinfectiemachine en droog ze met pluisvrij doek of medische toepassingen, indien nodig (moeilijk te bereiken zones).
Controleer elk instrument en herhaal de reiniging, of ga over op mechanisch reinigen indien resten verwijderd zijn.
Aanbevolen reinigingsproduct:
Neutraal reinigingsmiddel PROLYSTICA® 2X CONCENTRATE NEUTRAL DETERGENT aan 0,4 % (fabrikant: STERIS) werd gebruikt tijdens de validatie van het automatisch reinigingsproces.
Het reinigingsproduct moet worden gebruikt volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
• **Sterilisatie**
Inspectie /controle:
Alle medische hulpmiddelen moeten worden gecontroleerd voordat de sterilisatie wordt voorbereid.
Controleer visueel of er schade is en beoordeel de mate van slijtage van alle hulpmiddelen, vooral de contactoppervlakken, gewrichten en instrumenten waar het vuil verborgen kan zijn. Versleten of defecte instrumenten mogen niet worden gebruikt. Alle instrumenten met bewijs van corrosie, verkleuring, verbrokkeling of poreusheid mogen niet worden gebruikt.
Instrumenten met onaanvaardbare slijtage moeten worden geretourneerd aan de fabrikant of op de correcte manier worden weggegooid.
Verpakking voor de sterilisatie:
Een standaard polyethyleen/Tyvek (of gelijkwaardig, zoals dubbel gevouwen) sterilisatiezak van de juiste maat kan worden gebruikt voor enkelvoudige instrumenten. Zorg ervoor dat het pakket groot genoeg is voor het instrument zonder dat de naden onder spanning staan of dat de verpakking scheurt.
Opmerkingen: alleen de verpakkingen, zakjes en bakken voor stoomsterilisatie zijn door de Food and Drug Administration (FDA) van de Verenigde Staten goedgekeurd en mogen in de Verenigde Staten worden gebruikt.
Sterilisatie:
De In2Bones® componenten moeten vóór het gebruik met stoom gesteriliseerd zijn in overeenstemming met landspecifieke voorschriften.
De sterilisatie van In2Bones® instrumenten is gevalideerd voor het gebruik van de volgende parameters:

Pre-vacuüm cyclus op 134°C tijdens 18 minuten*	
Methode	Stoomsterilisatie
Cyclus	Prevacuüm
Temperatuur**	134 °C (273 °F) (-0°C/+3°C)
Minimum Blootstellingsstijd**	18 minuten
Droogtijd (minimum)***	20 minuten

Pre-vacuüm cyclus op 132°C tijdens 4 minuten	
Methode	Stoomsterilisatie
Cyclus	Prevacuüm
Temperatuur**	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Minimum Blootstellingsstijd**	4 minuten
Droogtijd (minimum)***	20 minuten

Pre-vacuüm cyclus op 134°C tijdens 3 minuten*	
Methode	Stoomsterilisatie
Cyclus	Prevacuüm
Temperatuur**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Minimum Blootstellingsstijd**	3 minuten
Droogtijd (minimum)***	20 minuten

* Deze cyclus is niet bestemd voor de Verenigde Staten
** De sterilisatietijd wordt berekend voor een sonde die zich in het koudste deel van de autoclaaf bevindt
*** De instrumenten en de implantaten moeten volledig droog zijn voor hun gebruik.
Opmerking: Prevacuüm 134 °C gedurende 18 min, en prevacuüm 134 °C gedurende 3 min sterilisatiecycli, worden door het Amerikaanse controleagentschap (US FDA) niet beschouwd als standaard sterilisatiecycli. Gebruikers mogen uitsluitend sterilisators en accessoires (zoals sterilisatieverpakkingen, sterilisatiezakken, chemische indicatoren en sterilisatiehouders) gebruiken die voor de geselecteerde sterilisatiecyclus specificaties (prevacuüm 132 °C gedurende 4 min), worden goedgekeurd door het Amerikaanse FDA.
Opmerking: De uitgebreide cyclus (prevacuüm 134 °C gedurende 18 min) is niet gevalideerd voor de inactivering van prionen.
Opslag:
In2Bones® Systemen vereisen geen specifieke bewaringsomstandigheden. Bewaringsomstandigheden moeten beantwoorden aan de goede praktijken op het gebied van gezondheidsdiensten.
Extra informatie:
De hulpmiddelen moe ten altijd gecontroleerd worden vóór gebruik.
Alle artikelen met tekenen van zwakte of barsten in de oppervlakten moeten worden verwijderd en geïsoleerd. Contacteer uw lokale agent of In2bones® om ze te vervangen.
Wanneer verschillende instrumenten gesteriliseerd worden tijdens dezelfde sterilisatie, moet worden gecontroleerd dat de maximaal toelaatbare belasting van de uitrusting niet overschreden wordt.
Deze sterilisatieparameters impliceren dat alle implantaten juist ontsmet werden vóór de sterilisatie. De parameters zijn gevalideerd voor het steriliseren van specifieke configuraties volgens de markeringen op de tray. Als er andere producten worden toegevoegd aan de tray of de sterilisator, zijn de aanbevolen parameters mogelijk niet langer geldig en moet de gebruiker nieuwe cyclusparameters valideren. De autoclaaf moet juist geïnstalleerd, onderhouden en geijkt worden.
Er kunnen ook andere sterilisatiemethodes en -cycli worden gebruikt. Personen of ziekenhuizen die niet volgens de aanbevolen methode werken, krijgen het advies om de alternatieve methode te valideren door aangepaste laboratoriumtechnieken te gebruiken. Steriliseren met EtO of koud steriliseren zijn geen aanbevolen technieken.
Waarschuwing: In2Bones® kan de sterilitiet van producten die door de kooper of de gebruiker werden gereinigd of ge(her)steriliseerd niet garanderen.

8. Gebruik van de apparaten

Alleen professionele medici die volkomen bekend zijn met de functionering, toepassing en het gebruik van de instrumenten mogen ze tijdens chirurgische ingrepen gebruiken. Alleen een gekwalificeerde chirurg voor orthopedische chirurgie die voor de specifieke patiënt vereist is mag de chirurgische instrumenten gebruiken.
Deze instrumenten zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet worden hergebruikt.
Een verkeerde behandeling, een verkeerde hantering of een verkeerde reiniging kunnen de instrumenten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn of zelfs gevaarlijk voor de patiënt of de gebruikers.
Deze instrumenten worden niet-steriel verkocht.

8.1. Preoperatief
- Operatieve techniek aandachtig lezen.
- Enkel de door In2Bones® onderzochte en geleverde plaatsingshulpmiddelen mogen in combinatie met het apparaten gebruikt worden.
- Alle voor de ingreep noodzakelijke implantaten en hulpinstrumenten voorbereiden. Niet proberen om een chirurgische interventie uit te voeren met een beschadigd, verdacht of defect instrument.
- Beoordeel de aanpasbaarheid van het patiënt specifieke hulpmiddel aan de patiënt.

8.2. Intraoperatief
- De operatie dient te worden uitgevoerd door een specialist met de noodzakelijke opleiding in orthopedische chirurgie en die de tijden respecteert zoals beschreven in de operatietechnieken.
- Volg de planning die door de chirurg is gevalideerd voor het geopereerde geval, De instrumenten moeten altijd door de gebruiker worden gecontroleerd voor hun gebruik in chirurgie,
- De inspectie van de instrumenten moet volledig zijn en moet ervoor zorgen dat er geen enkele scheur, vervorming of aantasting aanwezig is.
- Gebruik nooit een instrument dat duidelijke sporen van overmatige slijtage of beschadiging vertoont of dat onvolledig is.
- Instrumenten die onaanvaardbare beschadigingen vertonen moeten worden teruggegeconden naar de fabrikant of op correcte manier worden verwijderd.
- De apparaten zorgvuldig behandelen teneinde een diepe kras te vermijden (risiconeiging tot breuk),
- Het implantaat mag nooit worden bijgewerkt.
- Een alternatieve fixatiemethode moet beschikbaar zijn gedurende de operatie.
- Het openmaken van de instrumentenkist moet worden uitgevoerd volgens de aseptische voorwaarden.

8.3. Aansprakelijkheid van de chirurg
In2Bones® beoefent geen geneeskunde en beoefent geen specifieke chirurgische techniek aan.
Het is de aansprakelijkheid van de chirurg om de juiste chirurgische techniek en instrumenten te kiezen voor elke individuele patiënt, in overeenstemming met de praktijk, de ervaring, de opleiding, zorgstandaard en kennis van relevante medische documentatie van de chirurg. In2Bones® is niet aansprakelijk voor de keuze van de juiste chirurgische techniek die voor een individuele patiënt moet worden gebruikt.
De criteria voor de keuze van de patiënt vallen onder de aansprakelijkheid van de chirurg. De chirurg dient met de patiënt voor de chirurgische ingreep de mogelijke risico's, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, gevolgen, complicaties en bijwerkingen in verband met de operatieprocedure en het tijdens de operatieprocedure geïmplanteerde hulpmiddel te bespreken. De chirurg dient de gebruiksaanwijzing die met het hulpmiddel worden meegeleverd te volgen.
De informatie in dit document dient te worden overwogen tijdens het keuzeproces.
De erkenning van de juiste indicaties en contra-indicaties en de keuze van de juiste chirurgische procedures en technieken die het beste zijn voor de patiënt vallen onder de aansprakelijkheid van de chirurg.
Iedere chirurg moet de gegrondheid van de procedure en de bij de operatie gebruikte instrumenten beoordelen, rekening houdend met do osso antes do corte e pré-visualizar os componentes da prótese total do tornozelo na fase pré-operatória, na condição de as referências anatómicas necessárias ao alinhamento e ao posicionamento do implante serem identificáveis nas radiografias e tomografias do doente. As modalidades de imagem aceites para estes procedimentos são as radiografias e as tomografias.

3. Contraindicações

As guias QUANTUM® PSI não devem ser utilizadas caso se verifique um dos casos seguintes:
- Infecções activas,
- Tenham ocorrido alterações significativas na anatomia do doente após a obtenção das imagens utilizadas para a definição do produto
- O doente apresente uma das contraindicações para a implantação da prótese total do tornozelo QUANTUM® PSI (ver folheto de instruções de utilização do implante estéril QUANTUM® TAR).

4. Advertências e precauções

Antes da cirurgia, confirmar a coerência entre a IDCase das guias e os ossos QUANTUM® PSI com as informações do doente e os implantes da prótese total do tornozelo QUANTUM®.
O contentor de instrumentação reutilizável QUANTUM® é obrigatório para o procedimento cirúrgico do sistema QUANTUM® PSI e deve estar disponível no momento da operação.
A qualidade e precisão das guias e dos ossos do sistema QUANTUM® PSI depende da qualidade dos dados da tomografia do doente. A presença de implantes metálicos na zona de interesse do tornozelo pode diminuir a qualidade da reconstrução óssea do doente devido a artefactos nos exames imagiológicos.
O dispositivo não deve ser utilizado se:
- O doente apresenta, ou apresentou no passado, sensibilidade/alergia aos polímeros que compõem o dispositivo
- Não pôde ser obtida nenhuma tomografia passível de ser utilizada para o fabrico desta instrumentação especifica para o doente.

5. Complicações

Consultar o folheto informativo do implante QUANTUM®.

6. Limites e restrições de reprocessamento

O estabelecimento de saúde deve efetuar a correspondência entre o número de caso indicado nos documentos de conceção e o número do caso presente nos rótulos do dispositivo.
O fim da vida funcional deve ser a conclusão do caso para o qual o dispositivo foi concebido. Estes instrumentos são criados com base em dados específicos do doente, os quais se podem alterar a uma velocidade variável em função da idade do doente. Cabe ao estabelecimento de saúde determinar se o estado ou anatomia do paciente se alteraram o suficiente para ser necessário uma nova conceção do dispositivo. Devem ter tomadas precauções extremas para não deixar cair nem contaminar o dispositivo durante a cirurgia. Todos os dispositivos não utilizados devem ser destruídos aquando da conclusão do caso para o qual foram concebidos.

7. Recomendações para limpeza e esterilização

7.1. Recomendações para esterilização
Remover a embalagem de envio de acordo com as atuais regras para esterilizar produtos não-estéreis. Os utilizadores só devem utilizar ciclos de esterilização por vapor validados pela In2Bones®, tal como recomendado na secção seguinte (ver Manuseamento e reprocessamento).

7.2 Manuseamento e reprocessamento
Verifique a integridade da embalagem e do rótulo antes de abrir a mesma.
Retire todos os produtos da respetiva embalagem antes da esterilização.
Todos os produtos devem ser limpos, descontaminados e esterilizados antes da utilização.
Atenção:
Certas soluções, como as que contêm lixívia, formaldeído ou hidróxido de sódio (NaOH), podem danificar determinados componentes e não devem ser utilizadas.
• **Processo de limpeza manual**
Preparação do dispositivo:
Remover a sujidade maior presente nos instrumentos imediatamente após a sua utilização. No caso de instrumentos com cavidades, é imperativo irrigar eventuais canais a fim de os limpar logo que tenham sido utilizados.
Não utilizar produtos fixadores, o que poderia provocar a aderência de resíduos e afetar o resultado da limpeza. A fim de evitar a aderência de sujidade devido à secagem, mergulhar os instrumentos numa solução desinfetante assim que a sua utilização esteja terminada.
Armazenar e transportar instrumentos e implantes de forma segura, em recipientes específicos fechados até ao local de tratamento, a fim de evitar danos e contaminação ambiental.
Se necessário ou relevante, desmontar o dispositivo.
Pré-limpeza:
Introduzir o dispositivo testado no recipiente.
Preparar um banho de imersão à temperatura ambiente em água da torneira com um detergente alcalino (pH<11) e mergulhar o dispositivo no recipiente, mantendo o contacto durante 15 minutos.
Mergulhar o recipiente em água da torneira durante 2 minutos.
Limpeza / desinfeção em tanque de ultrassons:
Retirar o dispositivo do recipiente.
Num tanque de pré-desinfeção, preparar um banho de imersão à temperatura ambiente em água purificada com um detergente alcalino (pH<11) e mergulhar o dispositivo durante 15 minutos.
Preparar um banho de imersão à temperatura ambiente em água purificada com um detergente alcalino (pH<11) e, em seguida, transferir e mergulhar o dispositivo. Proceder à ultrassonicação durante 15 minutos.
Após a imersão, escovar todas as superfícies com uma escova macia, prestando especial atenção às roscas, partes canuladas, articulações e zonas de difícil acesso.
Com uma seringa, introduzir um pouco de solução de descontaminação no interior nas partes canuladas.
Após a lavagem, passar imediata e cuidadosamente o dispositivo por água filtrada por osmose inversa durante 2 minutos.
Verificar cada instrumento e repetir a limpeza até que tenha sido eliminados quaisquer resíduos remanescentes. Escorrer e enxugar o dispositivo com toalhetes de uso único. Utilizar ar comprimido de qualidade médica para as partes canuladas.
Produto de limpeza recomendado:
O detergente alcalino NEODISHER MEDICLEAN FORTE a 0,5 – 2% (fabricante: DR. WEIGERT) foi utilizado durante a validação do processo de limpeza manual.
A solução detergente deve ser utilizada de acordo com as recomendações do fabricante.
• **Processo de limpeza automática**
Preparação do dispositivo:
Remover a sujidade maior presente nos instrumentos imediatamente após a sua utilização. No caso de instrumentos com cavidades, é imperativo irrigar eventuais canais a fim de os limpar logo que tenham sido utilizados.
Não utilizar produtos fixadores, o que poderia provocar a aderência de resíduos e afetar o resultado da limpeza. A fim de evitar a aderência de sujidade devido à secagem, mergulhar os instrumentos numa solução desinfetante assim que a sua utilização esteja terminada.
Armazenar e transportar instrumentos e implantes de forma segura, em recipientes específicos fechados até ao local de tratamento, a fim de evitar danos e contaminação ambiental.
Se necessário ou relevante, desmontar o dispositivo.
Pré-limpeza:
Preparar um banho de imersão à temperatura ambiente em água da torneira com um detergente neutro, mergulhar os dispositivos e proceder à ultrassonicação durante 15 minutos.
No caso de dispositivos no seu recipiente, introduzir o dispositivo no recipiente sem tampa.
Preparar um banho de imersão à temperatura ambiente em água da torneira com um detergente neutro, mergulhar os dispositivos no seu recipiente e proceder à ultrassonicação durante 15 minutos.
Após a imersão, escovar todas as superfícies do dispositivo com uma escova macia, prestando especial atenção às roscas, partes canuladas, articulações e zonas de difícil acesso.
Com uma seringa, introduzir um pouco de solução de descontaminação no interior nas partes canuladas três vezes.
Mergulhar os dispositivos em água da torneira durante 2 minutos.
Limpeza / desinfeção em máquina de lavar automática:
Colocar os dispositivos na máquina de lavar / desinfetar de forma a que permaneçam imóveis (não devem bater uns contra os outros ou ficarão danificados).
No caso de dispositivos no seu recipiente, colocar o recipiente com os dispositivos na máquina de lavar / desinfetar de forma a que permaneçam imóveis (não devem bater uns contra os outros ou ficarão danificados).
Iniciar o seguinte programa de limpeza:
- pré-limpeza com água arrefecida a 35 °C,
- limpeza com um detergente neutro durante 5 minutos a 70 °C,
- enxaguamento intermédio com água arrefecida a 45 °C,
- enxaguamento final com água destilada a 70 °C durante 3 minutos,
- desinfeção térmica durante 5 minutos a 93 °C,
- secagem durante pelo menos 7 minutos a um mínimo de 70 °C e um máximo de 95 °C.

No final do ciclo, remover os componentes da máquina de lavar / desinfetar e, se necessário, secá-los adicionalmente com ar comprimido de qualidade médica (zonas de difícil acesso).
Verificar cada instrumento e repetir a limpeza ou proceder a uma limpeza manual até que os eventuais resíduos remanescentes tenham sido eliminados.
Produto de limpeza recomendado:
O detergente neutro PROLYSTICA® 2X CONCENTRATE NEUTRAL DETERGENT a 0,4 % (fabricante: STERIS) foi utilizado durante a validação do processo de limpeza automática.
A solução detergente deve ser utilizada de acordo com as recomendações do fabricante.
• **Esterilização**
Inspeção / controlo:
Antes da preparação para a esterilização, todos os dispositivos médicos devem ser verificados.
Uma inspeção visual deve permitir a deteção de eventuais danos e avaliar o nível de desgaste em todos os dispositivos, em especial nas superfícies de contacto, articulações e dispositivos onde a sujidade possa estar oculta. Os dispositivos desgastados ou defeituosos não devem ser utilizados. Qualquer instrumento com evidências de corrosão, descoloração, violação do selo ou oxidação não deve ser utilizado.
Os instrumentos com deterioração não aceitável devem ser devolvidos ao fabricante ou eliminados de forma adequada.
Embalagem antes da esterilização:
Para instrumentos individuais, pode ser usada uma bolsa de esterilização padrão em polietileno ou Tyvek (ou equivalente, como o embrulho duplo) do tamanho adequado. Assegurar que a embalagem é suficientemente grande para conter o instrumento sem forçar os selos ou rasgar o pacote.
Nota: nos Estados Unidos, só devem ser utilizadas embalagens, saquetas e contentores de esterilização por vapor que tenham sido aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.
Esterilização:
Antes da utilização, os componentes In-2Bones® têm que ser esterilizados em conformidade com as regulamentações específicas de cada país.
A esterilização de instrumentação In2Bones® foi validada utilizando os seguintes parâmetros:

Ciclo de pré-vácuo a 134°C durante 18 minutos*	
Método	Esterilização a vapor
Ciclo	Pré-vácuo
Temperatura**	134 °C (273 °F) (-0°C/+3°C)
Tempo mínimo de exposição**	18 minutos
Tempo de secagem (mínimo)***	20 minutos

Ciclo de pré-vácuo a 132 °C durante 4 minutos*	
Método	Esterilização a vapor
Ciclo	Pré-vácuo
Temperatura**	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Tempo mínimo de exposição**	4 minutos
Tempo de secagem (mínimo)***	20 minutos

Ciclo de pré-vácuo a 134 °C durante 3 minutos*	
Método	Esterilização a vapor
Ciclo	Pré-vácuo
Temperatura**	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Tempo mínimo de exposição**	3 minutos
Tempo de secagem (mínimo)***	20 minutos

Este ciclo não se destina aos Estados Unidos.
** A duração da esterilização é calculada por uma sonda localizada na zona mais fria da autoclave.
***Os instrumentos e implantes devem estar completamente secos antes da sua utilização.
Nota: Os ciclos de esterilização com pré-vácuo a 134 °C durante 18 min. e pré-vácuo a 134 °C durante 3 min. não são considerados pela Autoridade para os Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (US FDA) como sendo ciclos de esterilização padrão. Os utilizadores só devem usar esterilizadores e acessórios (como embrulhos de esterilização, bolsas de esterilização, indicadores químicos, indicadores biológicos e recipientes de esterilização) que tenham sido autorizados pela US FDA para as especificações do ciclo de esterilização selecionado (pré-vácuo a 132 °C durante 4 min.).
Nota: O ciclo prolongado (pré-vácuo a 134 °C durante 18 min.) não foi validado para a inativação de priões.
Armazenamento:
Os sistemas In2Bones® não exigem condições de armazenamento especiais. As condições de armazenamento devem estar em conformidade com as boas práticas em instituições de cuidados de saúde.
Informação adicional:
Os dispositivos devem ser sempre verificados antes da utilização.
Qualquer artigos com sinais de fragilidade ou rachas nas superfícies devem ser removidos e isolados. Contacte o seu agente local ou a In2Bones® para os substituir.
Quando vários instrumentos são esterilizados durante a mesma operação de esterilização, é necessário verificar que a carga máxima de equipamento permitida não é excedida.
Estes parâmetros de esterilização partem do princípio de que todos os implantes foram devidamente descontaminados antes da esterilização. Os parâmetros são validados para esterilizar configurações específicas, conforme indicado nas marcas do tabuleiro. Se forem adicionados outros produtos ao tabuleiro ou ao esterilizador, os parâmetros recomendados podem não ser válidos, podendo ter que ser validados novos parâmetros do ciclo pelo utilizador. A autoclave tem que ser adequadamente instalada, mantida e calibrada.
Também podem ser utilizados outros métodos e ciclos de esterilização. Contudo, os indivíduos ou hospitais que não utilizem o método recomendado são aconselhados a validar o método alternativo através de técnicas laboratoriais adequadas. A esterilização por óxido de etileno (EtO) ou as técnicas de esterilização a frio não são recomendadas.
Aviso: A In2Bones® não pode garantir a esterilidade de produtos que foram limpos ou (re)esterilizados pelo fabricante ou utilizador.

8. Utilização dos produtos

Apenas os médicos amplamente familiarizados com a função, aplicação e utilização dos instrumentos devem utilizá-los em cirurgia. Apenas um cirurgião qualificado para efetuar a cirurgia ortopédica necessária para um determinado doente deve utilizar os instrumentos cirúrgicos.
Estes instrumentos são de utilização única e não devem ser reutilizados.
Um tratamento ou manipulação deficientes ou uma limpeza inadequada pode tornar os instrumentos inadequados para a utilização para a qual foram previstos ou mesmo perigosos para o doente ou para os utilizadores.
Este instrumentos são vendidos não-estéreis.

8.1. Pré-operatório
- Ler atentamente a técnica operatória.
- Apenas os auxiliares de implantação concebidos e fornecidos por In2Bones® deverão ser utilizados em combinação com o dispositivos.
- Preparar todos os implantes e auxiliares necessários à intervenção. Não tentar efetuar uma intervenção cirúrgica com um instrumento não funcional, partido, suspeito ou defeituoso.
- Avaliar a adaptabilidade do dispositivo específico para o doente ao doente em si.

8.2. Intra-operatório/ Inspeção dos instrumentos
- A intervenção deve ser realizada por um clínico que tenha adquirido formação adequada em cirurgia ortopédica e respeitando os diferentes tempos descritos na técnica operatória.
- Consultar a planificação associada ao caso operatório, validado pelo cirurgião.
- Os instrumentos devem ser sempre verificados pelo utilizador antes de serem usados na cirurgia.
- O exame dos instrumentos deve ser completo e permitir assegurar a ausência de qualquer fissura, deformação ou alteração. Nunca utilizar instrumentos que apresentem sinais evidentes de uso excessivo, danos ou que estejam incompletos.
- Os instrumentos que apresentem uma deterioração inaceitável devem ser devolvidos ou fabricante ou eliminado de forma adequada.
- Manipular os dispositivos com precaução, a fim de evitar rachas profundas (risco de princípio de ruptura).
- O dispositivos não deve ser retocado em circunstância alguma.
- Deve estar disponível um método alternativo de fixação durante a intervenção.
- A abertura da caixa de instrumentos cirúrgicos deve ser realizada em condições de assepsia.

8.3 Responsabilidade do cirurgião
A In2Bones® não exerce medicina e não recomenda qualquer técnica cirúrgica específica.
É responsabilidade do cirurgião selecionar a técnica e instrumentos cirúrgicos adequados para cada doente individualmente, de acordo com a sua prática, experiência, formação, padrão de cuidados e conhecimento da literatura médica relevante. A In2Bones® não é responsável pela seleção da técnica cirúrgica adequada a utilizar para cada doente, individualmente.
Os critérios para a seleção de doentes são da responsabilidade do cirurgião. Antes da cirurgia, o cirurgião deve discutir com o doente os possíveis riscos, precauções, avisos, consequências, complicações e reações adversas associados ao procedimento cirúrgico e ao dispositivo a ser implantado no decurso do mesmo. O cirurgião deve consultar as instruções de utilização que acompanham o dispositivo.
A informação contida neste documento deve ser tida em consideração durante o processo de seleção.
A identificação das indicações e contraindicações adequadas e a seleção dos procedimentos e técnicas cirúrgicas que se determine serem as melhores para o doente dão responsabilidade do cirurgião.
Cada cirurgião deve avaliar a pertinência do procedimento e dos instrumentos utilizados durante a intervenção tendo em conta a sua formação e a sua experiência.

8.4. Reutilização / Reesterilização
As guias QUANTUM® PSI para a prótese do tornozelo são de utilização única e não deve ser reutilizadas e esterilizadas.

9. Armazenamento :

Armazenar os dispositivos num local seco.

10. Informação sobre os produtos / Responsabilidade

A In2Bones® tomou as precauções razoáveis em termos de selecção dos materiais e fabrico dos produtos. A In2Bones®, excluídas, portanto, todas as garantias legais, expressas ou implícitas, inclui, de forma não limitativa, todas as garantias implícitas de qualidade comercial ou adequação a uma determinada utilização. A In2Bones® não pode, de forma alguma, ser responsabilizada por qualquer perda, dano ou encargo adicional ou incidente, directa ou indirectamente ligados à utilização deste produto.
A In2Bones® não assume, nem não autoriza qualquer terceiro a assumir em seu nome, outras responsabilidades relacionadas com estes produtos. A In2Bones® pretende que este dispositivo seja utilizado exclusivamente por médicos que tenham tido formação adequada nas técnicas de cirurgia ortopédica necessárias à sua utilização.

Informação Para todas as informações referentes ao produto ou à sua utilização, podem contactar-se o representante, o distribuidor ou o fabricante directamente.
Ano de atribuição da marca CE: 01/2021
Data da última revisão: 10/2022

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO GUÍAS QUANTUM® PSI PARA PRÓTESIS DE TOBILLO DISPOSITIVOS PARA LA CIRUGIA ORTOPÉDICA DE UN SOLO USO

Este producto debe ser manipulado y/o implantado por personas FORMADAS, CUALIFICADAS y CON CONOCIMIENTO de las presentes INSTRUCCIONES.

1. Descripción de los dispositivos médicos

Los productos quirúrgicos ortopédicos contemplados en estas INSTRUCCIONES DE USO son instrumentos no estériles.
Estos instrumentos quirúrgicos están diseñados para un solo uso.
Están fabricados con ciertas características específicas en función del paciente que hacen que no sean aptos para su uso en otras situaciones distintas a aquellas para las que fueron diseñados. Estos instrumentos quirúrgicos se suministran sin esterilizar por lo que deben limpiarse y esterilizarse antes de ser utilizados. Después de su uso, estos instrumentos deben desecharse debidamente. Ninguno de estos instrumentos debe implantarse.
Estos dispositivos no contienen ftalatos salvo indicación contraria en la etiqueta.

2. Indicaciones

In2Bones PSI: el sistema de instrumental específico para el paciente (PSI) QUANTUM® de In-2Bones está indicado como sistema de instrumental ortopédico para facilitar la colocación del material durante la implantación de la prótesis total de tobillo QUANTUM®.
Las guías QUANTUM® PSI de In2Bones son compatibles con la meseta tibial QUANTUM®, el inserto tibial QUANTUM® y los implantes talares QUANTUM® Standard y Flat-Cut.
Las guías PSI están destinadas a un solo uso.
Las guías PSI se fabrican siguiendo la planificación preoperatoria validada por el cirujano en el software de planificación y facilitan la colocación del instrumental QUANTUM® específico con el que se realizará el fresado o el corte de huesos. Las guías QUANTUM® PSI de In2Bones están indicadas para la población de pacientes que cumplan las indicaciones de la prótesis total de tobillo QUANTUM® y para los que se disponga de radiografías e imágenes de TAC que sean acordes con el protocolo de imagen proporcionado por In2Bones.
Software de planificación TAR: el software de planificación TAR es un programa de planificación preoperatoria que se utiliza con las guías de instrumental específico para el paciente (PSI) QUANTUM® de In2Bones y la prótesis total de tobillo QUANTUM®. El software de planificación TAR permite al cirujano utilizar herramientas avanzadas de visualización y posicionamiento para guiar el marcaje óseo antes del corte y previsualizar los componentes de la prótesis total de tobillo de forma intraoperatoria, siempre que los puntos de referencia anatómicos necesarios para la alineación y la colocación del implante resulten identificables en las radiografías y los TAC del paciente. Las radiografías y los TAC son las modalidades de imagen aceptadas para estos procedimientos.

3. Contraindicaciones

Las guías QUANTUM® PSI no deben utilizarse si se da alguno de los siguientes casos:
- Infecciones activas,
- Se han producido cambios significativos en la anatomía del paciente desde que se obtuvieron las imágenes empleadas para la elaboración del producto
- El paciente presenta alguna de las contraindicaciones para la implantación de la prótesis total de tobillo QUANTUM® (consultar las instrucciones de uso del implante estéril QUANTUM® TAR)

4. Advertencias y Precauciones

Antes de la intervención quirúrgica, es necesario comprobar que las referencias IDCase de las guías y los huesos QUANTUM® PSI coinciden con la información del paciente y los implantes de la prótesis total de tobillo QUANTUM®.
Es obligatorio utilizar el recipiente de instrumental reutilizable QUANTUM® durante la intervención quirúrgica del sistema QUANTUM® PSI y debe disponerse del mismo en el momento de la cirugía.
La calidad y la precisión de las guías y los huesos del sistema QUANTUM® PSI dependen de la calidad de los datos del TAC del paciente. La presencia de implantes metálicos en la zona de interés del tobillo puede disminuir la calidad de la reconstrucción ósea del paciente debido a los artefactos en las imágenes.
El producto no debe utilizarse:
- El paciente sufre, o ha sufrido anteriormente, una sensibilidad/alergia a los polímeros que componen el producto
- No se han podido obtener imágenes de TAC válidas para elaborar este instrumental específico para el paciente

5. Complicaciones

Consultar el manual de los implantes QUANTUM®.

6. Limitaciones y restricciones del reprocesamiento

El centro sanitario debe hacer coincidir el número de caso que figura en los documentos de diseño con el número de caso que figura en el etiquetado del producto. Se supone que el final de la vida útil corresponde con la conclusión del caso para el que se diseñó el producto. Estos instrumentos se crean a partir de los datos específicos de cada paciente, que pueden variar más o menos rápido en función de su estado. Es responsabilidad del centro sanitario determinar si el estado o la anatomía del paciente han cambiado lo suficiente como para requerir un nuevo diseño del aparato. Se han de tomar precauciones para evitar que el producto se caiga o se contamine durante la intervención. Todos los productos que no se utilicen deben destruirse al finalizar el caso para el que fueron diseñados.

7. Recomendaciones de limpieza y esterilización

7.1. Recomendaciones para la esterilización
Para esterilizar productos no estériles, retire el embalaje de origen respetando la normativa vigente. Los usuarios solo deben utilizar los ciclos de esterilización por vapor validados por In2Bones®, tal y como se recomienda en el siguiente apartado (véase 5.2 Manipulación y reprocesamiento).

7.2 Manipulación y reprocesamiento / Producto vendido sin esterilizar
Compruebe que embalaje y etiquetado estén íntegros antes de abrir el paquete.
Retire el embalaje de todos los productos antes de su esterilización.
Todos los productos deben limpiarse, descontaminarse y esterilizarse antes de utilizarse.
Precaución:
Algunas soluciones de limpieza, como las que contienen lejía, formaldehído o hidróxido de sodio (NaOH), pueden dañar ciertos componentes por lo que no deben utilizarse.
• **Proceso de limpieza manual**
Preparación del dispositivo:
Quite la gruesa capa de suciedad presente en los instrumentos justo después de utilizarlos. En los instrumentos con orificios, es obligatorio irrigar todos los canales para limpiarlos nada más utilizarlos.
No hay que recurrir a productos de fijación, ya que podrían causar la adherencia de los residuos y afectar al resultado de limpieza final. Para evitar que la suciedad se incruste debido a la desecación, los instrumentos deben sumergirse en una solución desinfectante en cuanto dejan de utilizarse.
Guarde los instrumentos y los implantes de manera segura en unos recipientes específicos cerrados y llévelos hasta el lugar de tratamiento para evitar cualquier posible daño y proteger los componentes de la contaminación ambiental.
Si fuera necesario o pertinente, desmonte el dispositivo.
Prelimpieza:
Sumerja los dispositivos en agua del grifo a temperatura ambiente con un detergente neutro y realice un baño de ultrasonidos durante 15 minutos.
En caso de que los dispositivos vengan ya en su recipiente, introduzca los dispositivos en el recipiente, sin tapa. Sumerja los dispositivos en su recipiente en agua del grifo a temperatura ambiente con un detergente neutro y realice un baño de ultrasonidos durante 15 minutos.
A continuación, frote todas las superficies de los dispositivos con un cepillo de cerdas suaves, prestando especial atención a las roscas, piezas canuladas, juntas y zonas de difícil acceso.
Con una jeringuilla, introduzca una pequeña cantidad de solución descontaminante en las piezas canuladas tres veces.
Sumerja los dispositivos en agua del grifo durante 2 minutos.
Limpieza / desinfección en lavadora automática:
Ponga los dispositivos en la lavadora-desinfectadora de modo que no se muevan (no deben golpearse unos contra otros, de lo contrario podrían sufrir daños).
En caso de que los dispositivos vengan ya en su recipiente, ponga dicho recipiente con los dispositivos en la lavadora-desinfectadora de modo que no se muevan (no deben golpearse unos contra otros, de lo contrario podrían sufrir daños).
Inicie el siguiente programa de limpieza:
- prelavado con agua ablandada